



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-55 /11

Tarnów, 2011-08-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę kardiomonitora stacjonarnego (uzupełnienie zestawu) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 poz. 3** - Czy Zamawiający zaakceptuje sterowanie kardiomonitorem poprzez przyciski skrótów oraz pokrętło funkcyjne?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 poz. 18** - Czy Zamawiający zaakceptuje ustawienie wykrywania bezdechu w zakresie większym od wymaganego w przedziale 10-60 sekund?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza w Załączniku Nr 6 poz. 3 sterowania kardiomonitorem poprzez przyciski skrótów oraz pokrętło funkcyjne.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza w Załączniku Nr 6 poz. 18 wykrywania bezdechu w przedziale 10-60 sekund.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a