



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-55 /11

Tarnów, 2011-09-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę kardiomonitora stacjonarnego (uzupełnienie zestawu) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą odcinka ST jednocześnie z 3 odprowadzeń z uwagi na kompatybilność z centralą FX 2000 o nr seryjnym 0665?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również kardiomonitor z analizą odcinka ST jednocześnie z 3 odprowadzeń, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

