



Znak: AE/ZP-27-60/11

Tarnów, 2011-09-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy koncentratów do dializ, proszku w kolumnie wodorowęglanowej, dializatów bezwapniowych, płynów do hemofiltracji i cytrynianu sodu dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakiet Nr 1 poz.2, 3 i 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w Pakiecie Nr 1 koncentratów o następujących składach elektrolitowych:
poz. 2 – Na-140, K-4, Ca-1,50, Mg-0,50, Glukoza/1,00 lub Na-138, K-4, Ca-1,25, Mg-0,60, Glukoza/1,00 lub Na-140, K-3, Ca-1,25, Mg-0,50,
poz. 3 - Na-140, K-1, Ca-1,25, Mg-0,50, Glukoza/1,00 lub Na-140, K-1, Ca-1,75, Mg-0,50,
poz.4 - Na-140, K-2, Ca-1,50, Mg-0,50 lub Na-138, K-2, Ca-1,75, Mg-0,50
2. **Dotyczy Pakiet Nr 2** – Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania i wyceny w Pakiecie Nr 2 kapsuł kompatybilnych i pasujących do wszystkich aparatów firmy Gambro o wielkości opakowania 760g dostarczanych z dwoma korkami zabezpieczającymi do zamykania kapsuł. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu kapsuł niewymagających przebijania.
3. **Dotyczy Pakiet Nr 1 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w poz.4 na koncentrat kwaśny o stężeniu Ca – 1,75 mmol/l ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuszcza również zaoferowanie koncentratów kwaśnych o następujących składach elektrolitowych:

- w poz.2 Na-138, K-4, Ca-1,25, Mg-0,60, Glukoza/1,00,
- w poz.3 Na-140, K-1, Ca-1,25, Mg-0,50, Glukoza/1,00,
- w poz.4 Na-138, K-2, Ca-1,75, Mg-0,50

Natomiast nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 1 koncentratów kwaśnych o następujących składach elektrolitowych:

- w poz.2 Na-140, K-4, Ca-1,50, Mg-0,50, Glukoza/1,00 oraz Na-140, K-3, Ca-1,25, Mg-0,50,
- w poz.3 Na-140, K-1, Ca-1,75, Mg-0,50,
- w poz.4 Na-140, K-2, Ca-1,50, Mg-0,50.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuszcza również kapsuły zawierające proszek w kolumnie wodorowęglanowej o zawartości 760g, pod warunkiem, że produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagane warunki zawarte w SIWZ tj. kapsuła nie wymagająca przebijania i fabrycznie wyposażona w dwa koreczki zabezpieczające do zamykania kapsuły. Kapsuła winna pasować do aparatów firmy GAMBRO typu: AK90s, AK95 i AK95s.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 w poz.4 koncentrat kwaśny o stężeniu Ca – 1,75 mmol/l, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi zawartej w punkcie Ad.1.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a