



Znak: AE/ZP-27-62/11

.....
Tarnów, 2011-09-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz filtrów i papieru rejestracyjnego do myjni automatycznej Endo-Technik dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści cewniki typ Redona pakowane w ślimak, oraz czy Zamawiający wymaga żeby dreny posiadały pasek kontrastujący w rtg?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** cewników typ Redona pakowanych w ślimak, natomiast dopuszcza ale nie wymaga drenów posiadających pasek kontrastujący w rtg.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a