



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-63 /11

Tarnów, 2011-09-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy filmów ogólnodiagnostycznych i odczynników do rtg

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści aby kontrast średni wynosił $\geq 2,6$ (wymagane $\geq 2,8$) ?
2. Czy wymagane parametry mają być parametrami wyznaczonymi przez producenta błon w procesie produkcji filmów czy „Sprzedający” może posługiwać się parametrami wyznaczonymi w jakiegokolwiek placówce medycznej na stosownym densytometrze/sensytometrze oraz wywoływarce?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w pozycji 6 Załącznika Nr 6 do SIWZ i wymaga zaoferowania filmów ogólnodiagnostycznych posiadających kontrast średni (gradient) $AvGrdnt \geq 2,8 \text{ g/m}^2$.

Ad. 2

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane filmy ogólnodiagnostyczne posiadały parametry wyznaczone przez producenta błon w procesie produkcji filmów.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a