



Znak: AE/ZP-27-65/11

Tarnów, 2011-09-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy: artykułów medycznych (m.in. strzykawkę do podawania kontrastu, portów centralnych tytanowych, igieł specjalistycznych, osłonek na głowice, gruszek, butelek do przechowywania pokarmu, zamkniętego systemu dostępu naczyniowego).

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednoczęściową komorą z tytanu pokrytą Polyoxymethylenem, komora o objętości 0,55 ml i 0,2 ml, zawierający przeponę z gumy silikonowej, cewnik silikonowy z oznaczoną długością 600mm, dający cień RTG nie połączony trwale do portu. W skład zestawu wchodzi : port, cewnik, igła stalowa, prowadnica rozrywalna, prowadnica Seldingera, strzykawka niskooporowa 10ml, prowadnica do tunelizacji cewnika, zestaw do wlewu z igłą Hubera z systemem do mocowania oraz drenikiem i zaciskiem do wlewów o długim czasie trwania dołączany oddzielnie do każdego zestawu. Rozmiar cewnika : średnica 1,2 x 2,4 mm 8Fr – dla objętości komory 0,55 ml o przepływie 37 ml/min przy igle 19G, średnica 1,02 x 2,16 mm 7Fr – dla objętości komory 0,2 ml o przepływie 26 ml/min przy igle 19G oraz cewnik wysokoprzepływowy: średnica 1,57 x 3,18 mm 10Fr dla objętości komory 0,55 ml o przepływie 52 ml/min przy igle 19G, średnica 1,2 x 2,4 mm 8F dla objętości komory 0,55 o przepływie 37 ml/min przy igle 19G.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pakietu Nr 14 wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednoczęściową komorą z tytanu pokrytą Polyoxymethylenem, komora o objętości 0,55 ml i 0,2 ml, zawierającego przeponę z gumy silikonowej, cewnik silikonowy z oznaczoną długością 600mm, dający cień RTG nie połączony trwale do portu, w którego skład wchodzi : port, cewnik, igła stalowa, prowadnica rozrywalna, prowadnica Seldingera, strzykawka niskooporowa 10ml, prowadnica do tunelizacji cewnika, zestaw do wlewu z igłą Hubera z systemem do mocowania oraz drenikiem i zaciskiem do wlewów o długim czasie trwania dołączany oddzielnie do każdego zestawu. Rozmiar cewnika : średnica 1,2 x 2,4 mm 8Fr – dla objętości komory 0,55 ml o przepływie 37 ml/min przy igle 19G, średnica 1,02 x 2,16 mm 7Fr – dla objętości komory 0,2 ml o przepływie 26 ml/min przy igle 19G oraz cewnik wysokoprzepływowy: średnica 1,57 x 3,18 mm 10Fr dla objętości komory 0,55 ml o przepływie 52 ml/min przy igle 19G, średnica 1,2 x 2,4 mm 8F dla objętości komory 0,55 o przepływie 37 ml/min przy igle 19G.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a