



Znak: AE/ZP-27-65/11

Tarnów, 2011-09-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy: artykułów medycznych (m.in. strzykawek do podawania kontrastu, portów centralnych tytanowych, igieł specjalistycznych, osłonek na głowice, gruszek, butelek do przechowywania pokarmu, zamkniętego systemu dostępu naczyniowego).

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w Pakiecie Nr 14 wszczepialny zestaw do podawania leków; komora portu i łącze portu tytanowe; komora o objętości 0,7 ml i 0,3 ml; okrągły kształt komory ułatwiający czyszczenie portu, ograniczający pozostawianie zanieczyszczeń, ułatwiający przepływ; cewnik silikonowy lub poliuretanowy z oznaczoną długością; dający cień RTG nie podłączony trwale do portu; rozmiary dla cewnika: średnica 1,4 x 2,2 mm 6,6Fr, długość 550mm, poliuretanowy dla objętości komory 0,3 ml oraz cewnik wysokoprzepływowy rozmiar: 1,6 x 3,2 9,6 Fr dla objętości komory 0,7 ml i 1,4 x 2,5 7,5Fr dla objętości komory 0,7 ml; zestaw zawiera: port, cewnik, igła prosta stalowa, tępa igła, prowadnica J, dwie strzykawki niskooporowe 10 ml, zestaw do wlewu LifeGide zabezpieczający przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia wlewu, z systemem do mocowania oraz drenikiem; rozszerzało 7Fr, port kompatybilny ze środowiskiem MRI?
- Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.1-2** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem kontrastującym, w kolorze zielonym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 wszczepialnego zestawu do podawania leków; komora portu i łącze portu tytanowe; komora o objętości 0,7 ml i 0,3 ml; okrągły kształt komory ułatwiający czyszczenie portu, ograniczający pozostawianie zanieczyszczeń, ułatwiający przepływ; cewnik silikonowy lub poliuretanowy z oznaczoną długością; dający cień RTG nie podłączony trwale do portu; rozmiary dla cewnika: średnica 1,4 x 2,2 mm 6,6Fr, długość 550mm, poliuretanowy dla objętości komory 0,3 ml oraz cewnik wysokoprzepływowy rozmiar: 1,6 x 3,2 9,6 Fr dla objętości komory 0,7 ml i 1,4 x 2,5 7,5Fr dla objętości komory 0,7 ml; zestaw zawiera: port, cewnik, igła prosta stalowa, tępa igła, prowadnica J, dwie strzykawki niskooporowe 10 ml, zestaw do wlewu LifeGide zabezpieczający przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia wlewu, z systemem do mocowania oraz drenikiem; rozszerzało 7Fr, port kompatybilny ze środowiskiem MRI.

Ad.2

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 14 zaoferowanie strzykawek z tłokiem kontrastującym w kolorze zielonym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Otrzymują:

- Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
- Strona internetowa Zamawiającego
- a/a

