



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-66/11

Tarnów, 2011-09-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę mikroskopu 1 sztuka.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.10** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikroskopu bez wbudowanego pierścienia blokady położenia wysokości stolika ?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.11** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika mechanicznego z uchwytem na dwa preparaty i mechanizmem przesuwu z wysuwającą się poza obrys stolika szyną zębatkową, przy założeniu że szyna ta wysuwa się w sposób nieznaczny i nie zagraża w żaden sposób bezpieczeństwu użytkownika?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.19 (według numeracji po zmianie pkt.20)** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obiektywu o powiększeniu 4x o aperturze numerycznej 0,10 i odległości roboczej 18,0 mm?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.21 (według numeracji po zmianie pkt.22)** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obiektywu o powiększeniu 20x o aperturze numerycznej 0,40 i odległości roboczej 0,9 mm, z korekcją na szkło nakrywkowe 0,17 mm?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.22 (według numeracji po zmianie pkt.23)** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obiektywu o powiększeniu 40x o aperturze numerycznej 0,65 i odległości roboczej 0,36 mm, z korekcją na szkło nakrywkowe 0,17 mm?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.23 (według numeracji po zmianie pkt.24)** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obiektywu o powiększeniu 63x o aperturze numerycznej 0,80 i odległości roboczej 0,26 mm, z korekcją na szkło nakrywkowe 0,17 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający nie dopuści mikroskopu bez wbudowanego pierścienia blokady położenia wysokości stolika.
- Ad.2.** Zamawiający nie dopuści stolika mechanicznego z uchwytem na dwa preparaty i mechanizmem przesuwu z wysuwającą się poza obrys stolika szyną zębatkową, przy założeniu że szyna ta wysuwa się w sposób nieznaczny i nie zagraża w żaden sposób bezpieczeństwu użytkownika.
- Ad.3.** Zamawiający dopuści również zaoferowanie obiektywu o powiększeniu 4x o aperturze numerycznej 0,10 i odległości roboczej 18,0 mm.
- Ad.4.** Zamawiający dopuści również zaoferowanie obiektywu o powiększeniu 20x o aperturze numerycznej 0,40 i odległości roboczej 0,9 mm, z korekcją na szkło nakrywkowe 0,17 mm.



- Ad.5.** Zamawiający dopuści również zaoferowanie obiektywu o powiększeniu 40x o aperturze numerycznej 0,65 i odległości roboczej 0,36 mm, z korekcją na szkło nakrywkowe 0,17 mm.
- Ad.6.** Zamawiający nie dopuści obiektywu o powiększeniu 63x o aperturze numerycznej 0,80 i odległości roboczej 0,26 mm, z korekcją na szkło nakrywkowe 0,17 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a