



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-69/11

Tarnów, 2011-10-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy można zaoferować urządzenie posiadające zakres podciśnienia od 0 do 250 mHg oraz informację na wyświetlaczu o ciśnieniu zdalnym (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 winno być „zadany”) (bez aktualnego) ?
2. Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na urządzenie wyposażone w następujące zestawu opatrunków :

Zestaw opatrunkowy VivanoMed średni (M)	1 opatrunek piankowy VivanoMed Foam 18 x 12,5 x 3,3 cm	3 szt.	409 725 0
	2 folie samoprzylepne Hydrofilm 20x30 cm	10 szt.	409 727 0
	1 VivanoTec Port		

lub alternatywnie:

Zestaw opatrunkowy VivanoMed duży (L)	1 opatrunek piankowy VivanoMed Foam 26 x 15 x 3,3 cm	3 szt.	409 722 0
	2 folie samoprzylepne Hydrofilm 20x30 cm	10 szt.	409 724 0
	1 VivanoTec Port		

z oddzielnie pakowanymi transparentnymi filmami do mocowania opatrunków na rolce (poz. 22 i 23), bez opatrunków kontaktowych z miodem.

W zestawie oferujemy zbiorniki w opakowaniach po 3 lub po 10 sztuk, wyposażone w przewód ssący łączący dren ze zbiornikiem.

3. Czy zamiast płaskich drenów dopuszczalne jest zaoferowanie płaskiego, silikonowego portu o dwuświatłowej konstrukcji , umożliwiającej pomiar ciśnienia bezpośrednio w ranie ?
4. Prosimy o uszczegółowienie, czy do zaoferowanej ceny za urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran należy doliczyć opatrunki opisane z załączniku nr 6 ? Czy można zaoferować opatrunki w ilości stanowiącej wielokrotność oferowanych przez nas opakowań handlowych ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza również urządzenie posiadające zakres podciśnienia od 0 do 250 mHg natomiast nie dopuszcza urządzenia posiadającego informację na wyświetlaczu o ciśnieniu zadany (bez aktualnego).

Ad. 2

Zamawiający nie dopuści zaoferowania urządzenia z wymienionym w pytaniu 2 zestawem opatrunków, z oddzielnie pakowanymi transparentnymi filmami do mocowania opatrunków na rolce (poz. 22 i 23), bez opatrunków kontaktowych z miodem. Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunków zgodnie z SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza również urządzenie posiadające zamiast płaskich drenów - płaski, silikonowy port o dwuświatłowej konstrukcji, umożliwiającej pomiar ciśnienia bezpośrednio w ranie.

Ad. 4

Zamawiający wymaga, aby w zaoferowanej cenie urządzenia ujęta została wartość opatrunków w ilościach określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a