



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-71/11

Tarnów, 2011-10-07

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę aparatu USG do identyfikacji nerwów i naczyń 1 sztuka.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.10** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ nie posiadający dotykowego ekranu? W zamian aparat zapewnia szybką i łatwą obsługę korzystając z ergonomicznego panelu sterowania.
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.12** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ ważący jedynie 5,8 kilograma.
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.19** – Proszę o wyjaśnienie /rozszerzenie zapisów skrótów trybów pracy: B+CF, B+PF.
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.29** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ bez możliwości podłączenia głowicy obrotowej 360 stopni. W zamian aparat posiada możliwość podłączenia głowic stosowanych obecnie w ultrasonografii typu: convex, microconvex, linearna, phased array, oraz convex objętościowy, zapewniających najwyższą jakość obrazowania B oraz trybów Dopplerowskich.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający dopuści również aparat USG nie posiadający dotykowego ekranu sterującego, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi zawartej w punkcie 2 i 4.
- Ad.2.** Zamawiający dopuści również aparat USG ważący 5,8 kilograma bez wózka, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi zawartej w punkcie 1 i 4.
- Ad.3.** Zamawiający wyjaśnia, iż tryb pracy opisany skrótem B+CF oznacza jednoczesną prezentację 2D+Kolorowy Doppler, natomiast tryb pracy opisany skrótem B+PF oznacza jednoczesną prezentację 2D+Power Doppler.
- Ad.4.** Zamawiający dopuści również aparat USG bez możliwości podłączenia głowicy obrotowej 360 stopni, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi zawartej w punkcie 1 i 2.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

