



AE/ZP-27-73/11

Tarnów, 2011-11-04

**Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- sprawa AE/ZP-27-73/11**

Zamawiający - zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 EURO na **dostawę ciepłarek laboratoryjnych**, iż:

1/ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił w ofertę złożoną przez Firmę: **LABART Sp. z o.o., 80-175 Gdańsk, ul. Limbowa 5, woj. pomorskie** (dalej Wykonawca).
- zgodnie Załącznikiem Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
Zamawiający wymagał aby zaoferowane ciepłarki posiadały zabezpieczenie przed przegrzaniem wsadu (podwójny układ) wraz z sygnalizacją. Wykonawca zaoferował ciepłarki nie posiadające podwójnego układu zabezpieczającego przed przegrzaniem oraz sygnalizacji.

Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa AE/ZP-27-73/11

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na **dostawę ciepłarek laboratoryjnych** dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zostało unieważnione.

Podstawa prawna unieważnienia

– art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 27 października 2011 r. do godz. 10⁰⁰ wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty,
2. Strona internetowa Zamawiającego,
2. a/a