



AE/ZP-27-74/11

Tarnów, 2011-11-10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-74/11

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EURO na **dostawę respiratora przenośnego 1 sztuka** – wybrana została oferta Firmy :

1/ PROMED S.A., ul. Krajewskiego 1 B, 01-520 Warszawa, woj. mazowieckie

Cena wybranej oferty: **39 999,96** zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 96/100), w tym cena netto: **37 037,00** zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych 00/100).

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych po dniu 19 listopada 2011r.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy
I	Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej ANES - MED. Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 44, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
II	PROMED S.A., ul. Krajewskiego 1 B, 01-520 Warszawa, woj. mazowieckie

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena	Razem
Oferta Nr II	500,00	500,00

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- sprawa AE/ZP-27-74/11

Zamawiający - zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 EURO na **dostawę respiratora przenośnego 1 sztuka**, iż:

1/ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił w ofertę złożoną przez Firmę: **Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej ANES - MED. Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 44, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie** (dalej Wykonawca). Zgodnie punktem 3 Załącznika Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał, zaoferowania respiratora przystosowanego do zasilania 12V DC. Wykonawca w punkcie 3 Załącznika Nr 6 wpisał, iż zaoferowany respirator jest przystosowany do zasilania 12V DC, natomiast z załączonych do oferty materiałów informacyjnych wynika, iż respirator Bellavista 1000 posiada wejście niskiego napięcia 24V DC. Zapytany przez Zamawiającego, Wykonawca nie udzielił wyjaśnień do jakiej wielkości zasilania V DC przystosowany jest zaoferowany respirator i nie potwierdził, iż spełnia on określone w SIWZ wymagania Zamawiającego w tym zakresie. W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty,
2. Strona internetowa Zamawiającego,
2. a/a