



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-74/11

Tarnów, 2011-10-28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę respiratora przenośnego 1 sztuka.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.1** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator przenośny dla dorosłych i dzieci o wadze powyżej 10 kg?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.20** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator w którym objętość pojedynczego oddechu jest w zakresie 100-2200 ml?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.26** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator tylko z ciśnieniowym trybem rozpoznawania oddechu własnego pacjenta ?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.28** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator w którym regulacja czułości wydechowej jest w zakresie od 10% do 70% ?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.36** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez graficznej prezentacji ciśnienia i przepływu w funkcji czasu ?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.39** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez alarmu wysokiej i niskiej częstości oddechowej ?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.1** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator przeznaczony dla pacjentów o wadze powyżej 5 kg?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.7** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z wagą urządzenia wraz z wewnętrzną baterią 8,5 kg?
9. Czy Zamawiający będzie wymagał respiratora z wentylacją na 2 poziomach ciśnienia typ biLevel, biPap lub równoważny?
10. Czy Zamawiający będzie wymagał respiratora z wentylacją typu APRV?
11. Czy Zamawiający będzie wymagał respiratora z funkcją zabezpieczenia wentylacji wyzwolonej przez pacjenta wentylacją wymuszoną?
12. Czy Zamawiający będzie wymagał respiratora z wstępnym ustawianiem parametrów wentylacji na podstawie informacji o pacjencie, z uwzględnieniem rodzaju schorzenia układu oddechowego?
13. Czy Zamawiający będzie wymagał respiratora z trendami mierzonych parametrów?
14. Czy Zamawiający będzie wymagał respiratora z możliwością rozbudowy o pakiety diagnostyczne SpO2 I CO2?
15. Czy Zamawiający będzie wymagał respiratora z pamięcią zdarzeń alarmowych?
16. Czy Zamawiający będzie wymagał respiratora z bezpłatną aktualizacją oprogramowania uwzględniającą nowe typy wentylacji, mierzone parametry oraz zakresy pomiarowe?
17. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator przenośny dla dorosłych i dzieci o wadze powyżej 5 kg ?
18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator przenośny z ciśnieniowym trybem rozpoznawania oddechu własnego pacjenta ?
19. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator przenośny bez graficznej prezentacji ciśnienia i przepływu w funkcji czasu ?



20. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator przenośny bez alarmu niskiej częstości oddechów ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1.** Zamawiający nie dopuści respiratora przenośnego dla dorosłych i dzieci o wadze powyżej 10 kg.
- Ad. 2.** Zamawiający nie dopuści respiratora, w którym objętość pojedynczego oddechu jest w zakresie 100-2200 ml.,
- Ad.3 i 18** Zamawiający dopuszcza również respirator przenośny z ciśnieniowym trybem rozpoznawania oddechu własnego pacjenta.
- Ad. 4.** Zamawiający dopuści również respirator, w którym regulacja czułości wydechowej jest w zakresie od 10% do 70%.
- Ad. 5.** Zamawiający nie dopuści respiratora bez graficznej prezentacji ciśnienia i przepływu w funkcji czasu.
- Ad. 6.** Zamawiający wymaga zaoferowania respiratora posiadającego alarmy wysokiej i niskiej częstości oddechowej.
- Ad.7 i 17** Zamawiający dopuści również respirator przeznaczony dla pacjentów o wadze powyżej 5 kg.
- Ad. 8.** Zamawiający dopuści również respirator z wagą urządzenia wraz z wewnętrzną baterią 8,5 kg.
- Ad. 9.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również respirator z wentylacją na 2 poziomach ciśnienia typ biLevel, biPap lub równoważny.
- Ad. 10.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również respirator z wentylacją typu APRV.
- Ad. 11.** Zamawiający wymaga zaoferowania respiratora o parametrach zgodnych z SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi zawartych w niniejszym piśmie.
- Ad. 12.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również respirator z wstępnym ustawianiem parametrów wentylacji na podstawie informacji o pacjencie, z uwzględnieniem rodzaju schorzenia układu oddechowego.
- Ad. 13.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również respirator z trendami mierzonych parametrów.
- Ad. 14.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również respirator z możliwością rozbudowy o pakiety diagnostyczne SpO2 I CO2.
- Ad. 15.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również respirator z pamięcią zdarzeń alarmowych.
- Ad. 16.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również respirator z bezpłatną aktualizacją oprogramowania uwzględniającą nowe typy wentylacji, mierzone parametry oraz zakresy pomiarowe.
- Ad. 19.** Zamawiający wymaga zaoferowania respiratora przenośnego posiadającego graficzną prezentację ciśnienia i przepływu w funkcji czasu, obydwie krzywe jednocześnie na ekranie monitora
- Ad. 20.** Zamawiający dopuszcza również respirator przenośny bez alarmu niskiej częstości oddechów.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a