



Znak: AE/ZP-27-74/11

Tarnów, 2011-10-31

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę respiratora przenośnego 1 sztuka.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.1** - Czy Zamawiający zaakceptuje respirator przenośny przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 5 kg. Zakres regulacji częstości oddechów : 1 do 80 bpm, objętości oddechowej 40 do 2500 ml, z dodatkową funkcją nastaw parametrów zależnie od typu pacjenta (niemowlę, dziecko, dorosły)?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.9** - Czy Zamawiający zaakceptuje respirator, który jest zasilany z instalacji centralnego tlenu poprzez dozownik do tlenu/reduktor i regulacją dostarczanego tlenu za pomocą przepływomierza?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.25** - Czy Zamawiający zaakceptuje respirator z monitorowaniem stężenia tlenu w zakresie 21 do 100% i z regulacją stężenia tlenu za pomocą przepływomierza na reduktorze, z maksymalną regulacją do 20 l/min.?
4. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt. XIV ppkt.9a** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,5% do 0,2% ?
5. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt. XIV ppkt.15** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na następujący: „W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę z jego winy (przez niewykonanie umowy rozumie się zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia powyżej 45 dni), Zamawiający może dokonać zakupu respiratora od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową”?
6. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt. XIV ppkt.16** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu respiratora o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 30 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1.** Zamawiający dopuści również respirator przenośny przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 5 kg. Zakres regulacji częstości oddechów : 1 do 80 bpm, objętości oddechowej 40 do 2500 ml, z dodatkową funkcją nastaw parametrów zależnie od typu pacjenta (niemowlę, dziecko, dorosły).
- Ad. 2.** Zamawiający dopuści również respirator, który jest zasilany z instalacji centralnego tlenu poprzez dozownik do tlenu/reduktor i regulacją dostarczanego tlenu za pomocą przepływomierza.
- Ad. 3.** Zamawiający dopuści również respirator z monitorowaniem stężenia tlenu w zakresie 21 do 100% i z regulacją stężenia tlenu za pomocą przepływomierza na reduktorze, z maksymalną regulacją do 20 l/min.

Ad.4-6 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo Zamówień publicznych i Kodeks cywilny.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a