



.....  
.....

**Znak: AE/ZP-27-77/11**

Tarnów, 2011-10-31

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę respiratora przenośnego 1 sztuka.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.3 i 13** – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie płaszcz wewnętrznego resektoskopu wraz z łącznikiem wprowadzanym zamiast elementu roboczego, umożliwiającym użycie półsztywnych instrumentów o 5 Fr.
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.10, 11 i 12** – Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania półsztywnych instrumentów 5 Fr współpracujących z łącznikiem wprowadzanym przez płaszcz wewnętrzny resektoskopu.
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.16, 17 i 18** – Prosimy o dopuszczenie pompy histeroskopowej z regulowanym ciśnieniem roboczym w zakresie 0- 200 mm Hg i regulowanym przepływie w zakresie 0-500 ml/min.
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.16** – Czy Zamawiający dopuści pompę histeroskopową o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 200 mm Hg z zachowaniem pozostałych parametrów?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.10** – Czy Zamawiający dopuści nożyczki sztywne z zachowaniem pozostałych parametrów?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.26** – Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiany towaru na wolny od wad do 45 dni kalendarzowych ?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.11** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki biopsyjne o długości roboczej 410 mm, giętki, 7 Fr, zgodne z narzędziowym kanałem roboczym, bez możliwości koagulacji?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.11** – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne 5 Fr półsztywne bez możliwości koagulacji?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

- Ad.1.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie płaszcz wewnętrznego resektoskopu wraz z łącznikiem wprowadzanym zamiast elementu roboczego, umożliwiającym użycie półsztywnych instrumentów o 5 Fr.
- Ad.2.** Zamawiający nie dopuści półsztywnych instrumentów 5 Fr współpracujących z łącznikiem wprowadzanym przez płaszcz wewnętrzny resektoskopu.
- Ad.3.** Zamawiający dopuści również pompę histeroskopową z regulowanym ciśnieniem roboczym w zakresie 0- 200 mm Hg i regulowanym przepływem w zakresie 0-500 ml/min.
- Ad.4.** Zamawiający dopuści również pompę histeroskopową o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 200 mm Hg, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SIWZ.



- Ad.5.** Zamawiający nie dopuści nożyczek sztywnych z zachowaniem pozostałych parametrów.
- Ad.6.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiany towaru na wolny od wad do 45 dni kalendarzowych.
- Ad.7.** Zamawiający nie dopuści kleszczyków biopsyjnych bez możliwości koagulacji.
- Ad.8.** Zamawiający nie dopuści kleszczyków biopsyjnych 5 Fr półsztywnych bez możliwości koagulacji.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a