



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-81/11

Tarnów, 2011-11-16

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę ciepłarek laboratoryjnych.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1 ciepłarki o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. x gł. 82cm x 76cm x 73,2cm oraz wymiarach wewnętrznych szer. x wys. x gł. 60cm x 48cm x 40cm?
2. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 2 ciepłarkę o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. x gł. 62cm x 68cm x 62,2cm oraz wymiarach wewnętrznych szer. x wys. x gł. 40,1cm x 40,1cm x 33cm?
3. Czy Zamawiający dopuszcza ciepłarki bez możliwości zapamiętania 3 programów, z wnętrzem ze stali nierdzewnej oraz obudową ze stali malowanej proszkowo?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający nie dopuści w pozycji nr 1 ciepłarek o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. x gł. 82cm x 76cm x 73,2cm oraz wymiarach wewnętrznych szer. x wys. x gł. 60cm x 48cm x 40cm.
- Ad.2.** Zamawiający dopuści również w pozycji nr 2 ciepłarkę o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. x gł. 62cm x 68cm x 62,2cm oraz wymiarach wewnętrznych szer. x wys. x gł. 40,1cm x 40,1cm x 33cm, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SIWZ..
- Ad.3.** Zamawiający nie dopuści ciepłarek bez możliwości zapamiętania 3 programów, z wnętrzem ze stali nierdzewnej oraz obudową ze stali malowanej proszkowo

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a