



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-81/11

Tarnów, 2011-11-16

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę ciepłarek laboratoryjnych.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozycja nr 1 o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. x gł. 57 x 65 x 72 cm ?
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozycja nr 2 o wymiarach wewnętrznych szer. x wys. x gł. 34 x 37 x 41 cm?
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenia z obudową ze stali malowanej proszkowo ?
4. Czy Zamawiający dopuści urządzenia z zabezpieczeniem przed przegrzaniem o wyższej klasie bezpieczeństwa 3.1 ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający dopuści również w pozycji 1 ciepłarkę o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. x gł. 57 x 65 x 72 cm.
- Ad.2.** Zamawiający nie dopuści w pozycji 2 ciepłarki o wymiarach wewnętrznych szer. x wys. x gł. 34 x 37 x 41, z uwagi na wymiary sprzętu posiadanego przez Zamawiającego, a używanego wewnątrz ciepłarki podczas jej pracy.
- Ad.3.** Zamawiający nie dopuści w pozycji 1 i 2 ciepłarek z obudową wykonaną ze stali malowanej proszkowo.
- Ad.4.** Zamawiający dopuści również w pozycji 1 i 2 ciepłarki z zabezpieczeniem przed przegrzaniem o wyższej klasie bezpieczeństwa 3.1

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

