



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-85/11

Tarnów, 2011-11-28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek – 3 szt

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści myjnie-dezynfektory do basenów i kaczek o wysokości 1730 mm?
2. Czy Zamawiający wymaga, aby system dysz strumieniowych myjących zapewniał automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza?
3. Czy Zamawiający wymaga, aby myjnie-dezynfektory były wyposażone w specjalny uchwyt do nacinania i opróżniania worków na mocz i wydzieliny?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający dopuści również myjnie-dezynfektory do basenów i kaczek o wysokości 1730 mm.
- Ad.2.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby system dysz strumieniowych myjących zapewniał automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza.
- Ad.3.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby myjnie-dezynfektory były wyposażone w specjalny uchwyt do nacinania i opróżniania worków na mocz i wydzieliny.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a