



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-85/11

Tarnów, 2011-11-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek – 3 szt

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Uprzejmie proszę o dopuszczenie urządzenia o następujących parametrach:
p.5 Szerokość -600mm
p.6 Pojemność komory: 1 basen z pokrywą i 2 kaczki na mocz lub 3 kaczki.
p.15. Samodezynfekcja urządzenia – mycie i dezynfekcja termiczna lub chemiczna komory, przewodów wodnych i dysz.
p. 17. Jedyne elementami eksploatacyjnymi są: odkamieniacz i środek dezynfekcyjny.
2. Czy Zamawiający wymaga bezdotykowego otwierania i zamykania drzwi co również zabezpiecza personel i pacjentów przed rozprzestrzenianiem się zakażeń krzyżowych?
3. Czy Zamawiający wymaga, aby myjni-dezynfektory otwierały się automatycznie?
4. Czy Zamawiający dopuści myjni-dezynfektory o głębokości 450mm?
5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szer. 700 mm, głębokości 600mm, urządzenie o takich wymiarach pozwala wykorzystania wielkości prostej komory do dezynfekcji również nietypowych naczyń sanitarnych typu: duże miski, wiadra itp.?
6. Czy Zamawiający dopuści myjnię w z pompą dozującą płyn pełniący rolę płynu dezynfekującego jak i odkamieniającego?
7. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało funkcję opróżniania i dezynfekcji jednorazowych worków na mocz podczas wspólnego cyklu mycia i dezynfekcji basenów i kaczek?
8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podłączenia myjni o zasilaniu 230 V do istniejącej instalacji elektrycznej na koszt dostawcy urządzenia?
9. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie podzespoły urządzenia pracowały pod napięciem 24 V ? (poza pompą obiegową oraz grzałką).
10. Czy Zamawiający wymaga aby drzwi komory były wyposażone w pionową krawędź boczną o wysokości min. 100 mm?
11. Czy Zamawiający dopuści myjni-dezynfektor do basenów i kaczek wyposażoną w podwójne obrotowe ramie natryskowe oraz system dysz natryskowych stałych?
12. Czy Zamawiający dopuści myjni-dezynfektor do basenów i kaczek o zasilaniu: 230V; 50 Hz; 16 A; 3 Kw?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza w Załączniku Nr 6 poz. 5 szerokość urządzenia 600 mm, w poz. 6 nie wymaga ale dopuszcza pojemność komory: 1 basen z pokrywą i 2 kaczki na



mocz lub 3 kaczki, natomiast poz. 15 i poz. 17 zgodnie z wymogiem zawartym w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

- Ad.2.** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga bezdotykowego otwierania i zamykania drzwi.
- Ad.3.** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby myjnie-dezynfekторы otwierały się automatycznie.
- Ad.4.** Zamawiający dopuszcza urządzenie o głębokości 450mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ, z uwzględnieniem odpowiedzi w punkcie Ad. 1 i Ad.5.
- Ad.5.** Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach: szer. 700mm, głębokość 600mm.
- Ad.6.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie myjni z pompą dozującą płyn pełniący rolę płynu dezynfekującego jak i odkamieniającego - parametry zgodnie z SIWZ.
- Ad.7.** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby urządzenie posiadało funkcję opróżniania i dezynfekcji jednorazowych worków na mocz podczas wspólnego cyklu mycia i dezynfekcji basenów i kaczek.
- Ad.8.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości podłączenia myjni o zasilaniu 230V do istniejącej instalacji elektrycznej na koszt dostawcy urządzenia, parametry zgodnie z SIWZ.
- Ad.9.** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby wszystkie podzespoły urządzenia pracowały pod napięciem 24 V (poza pompą obiegową oraz grzałką).
- Ad.10.** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby drzwi komory były wyposażone w pionową krawędź boczną o wysokości min. 100 mm.
- Ad.11.** Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający w Załączniku Nr 6 poz. 10 wymaga: system dysz strumieniowych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej (minimum 10 dysz, w tym minimum 1 rotacyjna).
- Ad.12.** Zamawiający nie dopuści myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek o zasilaniu: 230V; 50 Hz; 16 A; 3 Kw.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a