



Znak: AE/ZP-27-03/12

Tarnów, 2012-01-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę odczynników do badań serologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 3.** Czy Zamawiający może określić jakie krwinki należy zaoferować w pozycji 3. Konserwowane czy standaryzowane i w jakiej ilości?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 6 pozycja 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie surowicy antyglobulinowej monoklonalnej?
3. **Dotyczy Pakietu nr 6 pozycja 2.** Wnosimy o dopuszczenie w pozycji 2 surowicy antyglobulinowej monowalentnej anty IgG jako produkt równoważny dla odczynnika monoklonalnego monowalentnego anty IgG ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuszcza podanie ilości opakowań w zaokrągleniu do pełnych opakowań w Pakiecie Nr 2 „Krwinki wzorcowe” pozycji 3 „Zestaw krwinek wzorcowych do badań układu grupowego ABO” bowiem na rynku istnieją zestawy 3x10 ml lub 3x4 ml, które to nie są możliwe do obliczenia pełnych opakowań z ilości podanych przez Zamawiającego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1** Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 2 w pozycji 3 z treści : „Zestaw krwinek wzorcowych do badań układu grupowego ABO w ilości 700 ml” na treść: „Zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych do badań układu grupowego ABO w ilości 700 ml”
- Ad.2** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 pozycji 2 surowicy antyglobulinowej monoklonalnej.
- Ad.3** Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 6 pozycji 2 surowicy antyglobulinowej monowalentnej anty-IgG.
- Ad. 4** Zamawiający w Formularzu Cenowym określił zapotrzebowanie w ml i to Wykonawca ma określić jakie wielkości opakowań danych odczynników oferuje. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy z przeliczenia zapotrzebowania w poszczególnych pakietach (w tym również w Pakiecie Nr 2 poz.3) uzyskuje się niepełną liczbę opakowań, należy liczbę opakowań zaokrąglić w górę.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.1 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu Formularz Cenowy w zakresie Pakietu Nr 2 po zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

