



.....

Znak: AE/ZP-27-101/12

Tarnów, 2012-11-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz siatek do operacyjnego leczenia przepuklin dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 26.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania oryginalnego papieru?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 26.** Czy Zamawiający wymaga, aby papiery do programatorów były zarejestrowane jako wyroby medyczne?
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8a.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poprzez wskazanie, że chodzi o każdy dzień „roboczy” zwłoki?
4. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8b.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne były płacone przez Wykonawcę i niepotrącane z należności? Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty uzasadnionych kar umownych na podstawie noty księgowej w terminie 7 dni. Potrącanie kar umownych z wierzytelnościami będzie oznaczało arbitralne podejmowanie decyzji poprzez Zamawiającego odnośnie zastosowania kar umownych i brak możliwości ustosunkowania się do nich przez Wykonawcę.
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.13 (druga kropka).** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie w taki sposób, że zamiast kropki stawia się na końcu zadania przecinek i dodaje następującą treść: „pod warunkiem, że zmniejszenie łącznej ilości produktów objętych umową nie spowoduje zmniejszenia łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20% kwoty wynagrodzenia.
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie polegające na tym, że dodana zostanie na końcu zdania następująca treść: „po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia zgodnego z umową, nie krótszego, niż 3 dni robocze.”?
7. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: W przypadku zakupu towarów od innych Wykonawców po cenach wyższych od cen zawartych w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy wartością zakupu towarów od innych Wykonawców, a wartością wynikającą z niedostarczonego przedmiotu umowy, na podstawie przedstawionych przez zamawiającego dokumentów zakupu towarów od innych Wykonawców”?
8. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.10.** Prosimy o podanie terminu dokonywania płatności za dostarczony towar.
9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.10.** Prosimy o podanie wielkości naliczanych odsetek, czy wartości te (procent) podaje Wykonawca?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1.** Czy czujnik ma mieć wtyczkę jak na załączonym zdjęciu?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie czujnika do pulsoksymetru firmy Novamatrix typ Oxypleth 520A dla dzieci o wadze 15-40 kg.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie czujnika do pulsoksymetru firmy Novamatrix typ Oxypleth 520A dla niemowląt o wadze 1-15 kg.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie czujnika do pulsoksymetru firmy Novamatrix typ Oxypleth 520A dla noworodków o wadze <3 kg.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 2.** Czy czujnik ma mieć wtyczkę jak na załączonym zdjęciu?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie czujnika do pulsoksymetru firmy Criticare typ 504 dla dzieci o wadze 15-40 kg.



16. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie czujnika do pulsoksymetru firmy Criticare typ 504 dla niemowląt o wadze 1-15 kg.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie czujnika do pulsoksymetru firmy Criticare typ 504 dla noworodków o wadze <3 kg.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz.: 1, 2 i 3.** Czy Zamawiający dopuści siatki wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego o grubości 0,45 mm, wielkości porów 0,67 x 0,65 mm, gramaturze 85 g/m²: poz. 1 siatki w rozmiarze 7,6 x 15 cm, poz. 2 siatki w rozmiarze 10 x 15 cm, poz. 3 siatki w rozmiarze 30 x 30 mm?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz.: 1, 2 i 3.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1, 2 oraz 3 i utworzenie odrębnego pakietu.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści siatki z polipropylenu o rozmiarze 30x30 cm
21. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz.: 4 - 6.** Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści siatki o rozmiarze 25x36 cm?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz.: 1 - 3.** Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 1 – 3 i utworzenie odrębnego pakietu.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o wymiarach 30x30 cm, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?
25. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
26. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?
27. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia?
28. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
29. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walu EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3 %?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz.: 4 - 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 4 – 6 (tnz. siatki twarde do powięzi mięśni) do osobnego pakietu?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek do operacyjnego leczenia przepuklin w rozmiarze 20 x 20 cm lub 30 x 30 cm?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 4 – 6.** Czy Zamawiający uzna siatki do operacyjnego leczenia przepuklin o następujących parametrach:
 - zbudowane z dzianych niebarwionych filamentów polipropylenowego monofilamentu
 - gramatura – 55 g/m²
 - grubość – 0,57 do 0,62 mm
 - rozmiar porów – 1,5 do 2 mm
 - liniowa wytrzymałość na rozciąganie – nie mniej niż 9 Kgf
 - wytrzymałość na rozerwanie – nie mniej niż 3 Kgf
 - dwukierunkowa rozciągliwość pozwala na dostosowanie się do różnego rodzaju naprężeń
 - wywołuje minimalną reakcję zapalną, która ma charakter przejściowy
 - nie ulega degradacji lub osłabieniu poprzez działanie enzymów tkankowych
33. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści siatki monofilamentowe polipropylenowe miękkie, lekkie o wymiarach 30,5 x 30,5 cm?

34. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści siatki polipropylenowe monofilamentowe twarde do powięzi mięśni o wymiarze 15 x 15 cm?
35. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do projektu umowy zapisu o następującej treści: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”.
36. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt 4.** Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: „(...) w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto ulegnie zmianie.”
37. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt 11.** Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: „Za nieterminową zapłatę należności Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe”.
38. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt 8.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt 8:
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
- a) 0,5% wartości zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru
- b) 0,5% wartości brutto dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości
39. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający w **Pakiecie Nr 26** wymaga papieru odpowiedniego do programatorów stymulatorów serca odpowiednio w poz. 1 tego pakietu do programatora EPR 600, a w pozycji 2 do programatora ICS 3000.

Ad. 2 Zamawiający nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 26** papiery do programatorów stymulatorów serca były zarejestrowane jako wyroby medyczne.

Ad. 3 – 7, 27 – 29, 35 - 39. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Ad. 8 Zgodnie z pkt IV.1 Formularza Ofertowego to Wykonawca winien podać termin zapłaty, przy czym nie może on być krótszy niż 30 dni.

Ad. 9 Zgodnie z pkt IV.2 Formularza Ofertowego to Wykonawca winien podać wysokość odsetek za nieterminowe płatności, przy czym nie mogą one być wyższe niż ustawowe, w przypadku odsetek w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych należy wpisać „odsetki ustawowe”.

Ad. 10 Oferowany w **Pakiecie Nr 29 poz. 1** czujnik ma mieć wtyczkę jak na zdjęciu.

Ad.11 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21 poz. 1** czujników do pulsoksymetru firmy Novamatrix typ Oxypleth 520A dla dzieci o wadze 15-40 kg.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21 poz. 1** również czujników do pulsoksymetru firmy Novamatrix typ Oxypleth 520A dla dzieci o wadze 1-15 kg.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21 poz. 1** czujników do pulsoksymetru firmy Novamatrix typ Oxypleth 520A dla dzieci o wadze < 3 kg.

Ad.14 Oferowany w **Pakiecie Nr 29 poz. 2** czujnik ma mieć wtyczkę jak na zdjęciu.

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21 poz. 2** czujników do pulsoksymetru firmy Criticare typ 504 dla dzieci o wadze 15-40 kg.

Ad 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21 poz. 2** również czujników do pulsoksymetru firmy Criticare typ 504 dla dzieci o wadze 1-15 kg.

Ad 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 poz. 2 czujników do pulsoksymetru firmy Criticare typ 504 dla dzieci o wadze < 3 kg.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 poz. 1 – 3 również siatek wykonanych z 100% polipropylenu monofilamentowego o grubości 0,45 mm, wielkości porów 0,67 x 0,65 mm, gramaturze 85g/ m² i rozmiarach w: poz. 1 – 7,6 x 15 cm, w poz. 2 – 10 x 15 cm, w poz. 3 – 30 x 30 cm

Ad 19, 21, 23, 30 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 27** do oddzielnego pakietu **pozycji 1 – 3**, jak również nie wyraża zgody na wyłączenie z tego pakietu **poz. 4 – 6**.

Ad. 20, 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie **Nr 27 poz. 3** również siatek polipropylenu o rozmiarze 30 x 30 cm pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie **Nr 27 poz. 6** również siatek o rozmiarze 25 x 36 cm pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 31 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie **Nr 27 poz. 6** również siatek o rozmiarze 30 x 30 cm pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 25 Terminy podane w ogólnych warunkach umowy odnoszą się do dni kalendarzowych.

Ad. 26 Regulacje dotyczące ilości kupowanego asortymentu reguluje pkt XIV.12 i XIV.13 ogólnych warunków umowy.

Ad. 32 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 32 poz. 4 – 6 opisanych w pytaniu siatek.

Ad. 33 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 27 poz. 3 również siatek monofilamentowych polipropylenowych miękkich o wymiarach 30,5 x 30,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Ad. 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 27 poz. 5 również siatek polipropylenowych monofilamentowych twardych do powięzi mięśni o wymiarze 15 x 15 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a
- 4.