



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-10/12

Tarnów, 2012-02-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek-3szt dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie spełniające wszystkie funkcjonalno-użytkowe wymagania SIWZ o wymiarach: szerokość 545 mm, głębokość 475mm, wysokość 1 630mm lub urządzenie o wymiarach: szerokość 540mm, głębokość 600mm, wysokość 1 460mm?
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą myjącą oraz bokami obudowy wykonanymi ze stali nierdzewnej i górną pokrywą obudowy wykonaną z polimerów?
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 600mm i wysokości 1 742 mm, co niewiele odbiega od wymagania Zamawiającego?
4. Prosimy o określenie wymiarów misek do toalety oraz pojemników na mocz, które Zamawiający chce myć i dezynfekować w urządzeniu.
5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wymiennym uchwytem montowanym na drzwiach oraz stacjonarnymi sztycami do mycia i dezynfekcji kaczek bez systemu koszy?
6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym automatyczne opróżnianie dotyczy basenów, pojemników na mocz i misek do toalety, natomiast kaczki i miski nerkowate opróżnia się ręcznie?
7. Czy Zamawiający dopuści myjnię, która do procesu myci i dezynfekcji wykorzystuje 3 głowice i 3 dysze?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 17 i 18** - Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 17 i 18 tabeli Zamawiający ma na myśli środek myjąco - odkamieniający podłączony do urządzenia i umieszczany w szafce pod komorą mycia.
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 7** – Czy Zamawiający pisząc kosz uniwersalny ma na myśli uchwyt w którym można włożyć wszystkie naczynia wymienione w p. 6? Jeśli nie to jakie parametry powinien spełniać „kosz uniwersalny”?
10. Czy Zamawiający wymaga urządzenia z ręcznym czy automatycznym otwieraniem/zamykaniem drzwi?
11. Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach szerokość 700mm, głębokość 600mm i wysokości 1500mm?
12. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przyłączem wody $\frac{3}{4}$?
13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dezynfekcją termiczną i chemiczną? Środki dezynfekujące posiadają również odkamieniacz. Urządzenie wyposażone jest w jedną pompę dozującą.
14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o załadunku do 4 naczyń np.3 kaczki i 1 basen i dodatkowo worek na mocz?



15. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało funkcję opróżnienia i dezynfekcji jednorazowych worków na mocz podczas wspólnego cyklu mycia i dezynfekcji basenów i kaczek?
16. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach 500mm x 600mm x 1675mm?
17. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 24** – Czy Zamawiający dopuści myjnię z podłączeniem wody zimnej i ciepłej ¾"?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza również do oceny urządzenia o wymiarach: szerokość 545 mm, głębokość 475mm, wysokość 1 630mm, oraz urządzenie o wymiarach: szerokość 540mm, głębokość 600mm, wysokość 1 460mm.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z komorą myjącą oraz bokami obudowy wykonanymi ze stali nierdzewnej i górną pokrywą obudowy wykonaną z polimerów.

Ad. 3

Zamawiający dopuści również urządzenie o szerokości 600mm i wysokości 1 742 mm, pod warunkiem spełniania wymiaru głębokości zgodnego z SIWZ lub dopuszczonego w odpowiedzi Ad.11 i Ad. 16

Ad. 4

Zamawiający podaje wymiary misek: szerokość 30-40cm wysokość 11cm, wymiary pojemników na mocz: średnica 15cm, wysokość 17 cm.

Ad. 5

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z wymiennym uchwytem montowanym na drzwiach oraz stacjonarnymi sztycami do mycia i dezynfekcji kaczek bez systemu koszy, parametry zgodnie z Załącznikiem Nr 6 poz. 7 do SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, w którym automatyczne opróżnianie dotyczy basenów, pojemników na mocz i misek do toalety, natomiast kaczki i miski nerkowate opróżnia się ręcznie. Zamawiający wymaga parametrów zgodnie z punktem 3 i 8 Załącznika Nr 6 do SIWZ.

Ad. 7

Zamawiający w **Załączniku Nr 6 poz. 10** podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 8

Zamawiający w **Załączniku Nr 6 poz. 17 i 18** ma na myśli odkamieniacz. Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tych punktach.

Ad. 9

Zamawiający pisząc koszt uniwersalny ma na myśli uchwyt w którym można włożyć wszystkie naczynia wymienione w Załączniku Nr 6 poz. 6.

Ad. 10

Zamawiający wymaga urządzenia z ręcznym lub nożnym otwieraniem/zamykaniem drzwi, natomiast nie wymaga, ale dopuszcza również urządzenie z automatycznym otwieraniem/zamykaniem drzwi.

Ad. 11

Zamawiający dopuszcza również myjnię o wymiarach szerokość 700mm, głębokość 600mm i wysokości 1500mm

Ad. 12 i 17

Zamawiający dopuszcza również urządzenie z przyłączem wody ¾" pod warunkiem, iż Wykonawca na własny koszt wykona podłączenie zimnej i ciepłej wody.

Ad. 13

Zamawiający w **Załączniku Nr 6 poz. 15** podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 14

Zamawiający w **Załączniku Nr 6 poz. 6** nie dopuszcza urządzenia o załadunku opisanym w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym punkcie.

Ad. 15

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby urządzenie posiadało funkcję opróżnienia i dezynfekcji jednorazowych worków na moc podczas wspólnego cyklu mycia i dezynfekcji basenów i kaczek.

Ad. 16

Zamawiający dopuszcza również myjnię o wymiarach 500mm x 600mm x 1675mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a