Załącznik nr 6

Wymagane i oferowane parametry techniczne myjni-dezynfektora do kaczek i basenów - 3 szt

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE podać zakres, opisać)
1	Myjnia-dezynfektor – urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2011 lub 2012, z uchwytem i kompletnym zestawem połączeń gotowe do pracy i nie wymagające dodatkowych zakupów	TAK	
2	Konstrukcja i działanie myjni zgodne z wymaganiami normy PN EN ISO 15883-1,-3	TAK	
3	Urządzenie przeznaczone do: opróżniania, mycia, dezynfekcji: ogólnodostępnych basenów (z krótkim uchwytem) i kaczek, pojemników na mocz (szklane i plastikowe z przykrywami), misek do toalety, miski „nerkowate”	TAK	
4	Urządzenie (obudowa oraz komora mycia) w całości wykonane ze stali nierdzewnej	TAK	
5	Urządzenie w wersji stojącej, pionowej o wymiarach: Szerokość: 450-500 mm Głębokość: 500 – 580 mm Wysokość: 1300 -1500 mm	TAK	
6	Pojemność komory: 1 basen z pokrywą i 1 kaczka na mocz lub 3 kaczki lub 1 miska do toalety pacjenta , lub 2 miski „nerkowate” lub 1 pojemnik na mocz	TAK	
7	Kosz uniwersalny lub kosze do mycia i dezynfekcji sprzętu w pkt 6	Tak	
8	Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych	TAK	
9	Blokada drzwi w trakcie wykonywania procesu mycia i dezynfekcji	TAK	
10	System dysz strumieniowych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej (minimum 10 dysz, w tym minimum 1 rotacyjna)	TAK	
11	Panel obsługi w języku polskim z możliwością wyboru dowolnego programu	TAK	
12	Rodzaj dezynfekcji: dezynfekcja termiczna	TAK	
13	Program dla mniej lub bardziej zabrudzonych przedmiotów poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji (minimum 3 programy standardowe)	TAK	
14	Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów	TAK	
15	Samodezynfekcja urządzenia – mycie i dezynfekcja termiczna komory, przewodów wodnych i dysz	TAK	
16	Urządzenie posiada własną wytwornicę pary zasilaną wodą bieżącą	TAK	
17	Jedynym elementem eksploatacyjnym jest odkamieniacz	TAK	
18	Własna pompa dozująca odkamieniacz.	TAK	

……..

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

19	Wszystkie węże ciśnieniowe elastyczne w splocie metalowym	TAK	
20	Zabezpieczenie instalacji wodnej przed cofaniem wody.	TAK	
21	Pakiet startowy wymaganego środka chemicznego do odkamieniania – Wykonawca dostarczy wraz z dostawą urządzeń po 1 pojemniku o pojemności 5 litrów odkamieniacza do każdego urządzenia.	TAK	
22	Możliwość stosowania środków odkamieniających różnych firm - co najmniej 3; **podać nazwy firm**	TAK	
23	Zasilanie 230V jednofazowe	TAK	
24	Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ ”, woda surowa, nieuzdatniona	TAK	
25	Możliwość podłączenia do odpływu Ø 110 lub Ø 90	TAK	

Pozostałe wymagania

26	Instrukcja serwisowa i obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzeń.	TAK	
27	Dostawa urządzeń w terminie do 30 dni od daty obowiązywania umowy.	TAK	
28	Do oferty należy dołączyć (w języku polskim) materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)	TAK	
29	Szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego	TAK	
30	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń	TAK	
31	W okresie gwarancji czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiaru towaru na wolny od wad – 7 dni kalendarzowych	TAK	
32	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

……..
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty