



Znak: AE/ZP-27-102/12

Tarnów, 2012-11-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologii.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.10** – Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat USG w wielu parametrach przewyższający wymagania, posiadający kolorowy monitor najnowszej generacji LCD LED o przekątnej 15 cali z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.14** – Czy zostanie dopuszczony do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości zapisu w formacie PNG?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.15** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG wysokiej klasy, w wielu miejscach przewyższający wymagania techniczne SIWZ, pozwalający na archiwizację sekwencji w czasie rzeczywistym w funkcji manualnej typu „start nagrania – stop nagrania” na HDD USG lub na DVD on-line z nagrywaniem sekwencji o długości zapewniającej zapis całego badania?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.17** – Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat USG w wielu parametrach przewyższający wymagania o przestrzeni dyskowej udostępnionej dla archiwum (dane pacjentów, pomiary, kalkulacje, obrazy, pętle obrazowe raporty) o wielkości minimum 320GB?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.23** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający prędkość odświeżania obrazu w trybie b- mode 800 kl/sek.
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.29** – Czy zostanie dopuszczony do przetargu wysokiej klasy aparat USG z bramką dopplera PW regulowaną w zakresie 0,5-20mm ze skokiem regulacji co 0,5 i 1mm?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Zamawiający wymaga trybu M-mode anatomiczny. Czy Zamawiający wymaga standardowo z dwóch czy z trzech linii?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający uważa, że wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny powinien mieć zakres bezstratnego powiększenia obrazu rzeczywistego i zamrożonego min. 15x? Wnosimy zatem o zmianę tego parametru.
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Zamawiający wymaga obrazowania na wszystkich oferowanych głowicach z min.3 częstotliwościami dla każdej z głowicy. Wnosimy o wymóg i dopuszczenie do przetargu ultrasonografu z obrazowaniem harmonicznym na wszystkich zaoferowanych głowicach i 4 zakresach częstotliwości dla każdej głowicy w trybie obrazowania harmonicznego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 poz.10 aparat USG posiadający kolorowy monitor LCD LED o przekątnej 15 cali z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne.



- Ad.2.**Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 poz.14 aparat USG bez możliwości zapisu w formacie PNG.
- Ad.3.**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania aparatu UGS z wbudowaną w aparat opcją rejestracji całego badania w trybie "on line", zapis w formacie mpeg1 na dysku twardym aparatu.
- Ad.4.**Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 poz.17 aparat USG w wielu parametrach przewyższający wymagania o przestrzeni dyskowej udostępnionej dla archiwum (dane pacjentów, pomiary, kalkulacje, obrazy, pętle obrazowe raporty) o wielkości minimum 320GB.
- Ad.5.**Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 poz.23 aparat posiadający prędkość odświeżania obrazu w trybie b- mode 800 kl/sek.
- Ad.6.**Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz.29 aparatu USG z bramką dopplera PW regulowaną w zakresie 0,5-20mm ze skokiem regulacji co 0,5 i 1mm.
- Ad.7.**Zamawiający w Załączniku Nr 6 do SIWZ nie stawia wymogu w zakresie ilości linii.
- Ad.8.**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania aparatu UGS z zakresem bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego min.10x.
- Ad.9.**Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie aparatu z obrazowaniem harmonicznym na wszystkich zaoferowanych głowicach i 4 zakresach częstotliwości dla każdej głowicy w trybie obrazowania harmonicznego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a