



.....

Znak: AE/ZP-27-104/12

Tarnów, 2012-11-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy cewników balonowych angioplastycznych do zabiegów skomplikowanych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Czy Zamawiający dopuści dla cewnika balonowego angioplastycznego o średnicy 3,0 mm ciśnienie RBP = 14 atm? Pozostałe parametry bez zmian.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie musi dopuszczać dla cewnika angioplastycznego o średnicy 3,0 mm ciśnienia RBP = 14 atm ponieważ parametr ten spełnia wymagania SIWZ, tj. „dla średnicy 3,0 mm: ciśnienie RBP równe lub powyżej 14 bar” oczywiście pod warunkiem, że oferowany cewnik spełnia również wszystkie pozostałe parametry określone w SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

