



Znak: AE/ZP-27-106/12

Tarnów, 2012-11-26

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy wózków do rozwożenia leków, wózków oddziałowych wielofunkcyjnych, kozetek lekarskich, stołu do badań i zabiegów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuszcza czas naprawy gwarancyjnej do 14 dni od daty zgłoszenia?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuszcza kozetkę drewnianą o regulowanej wysokości leżącej posiadającej w podglówku otwór na twarz?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 6.5 pkt 5.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny, w którym materace są odcinane od segmentu blatu, bezszwowe, antystatyczne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, dostępne tylko w kolorze czarnym powszechnie stosowanych na salach operacyjnych?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 6.5 pkt 11.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny, bez odrębnej regulacji kąta nachylenia siedziska? Segment ten posiada regulację wraz z pozycją Trendelenburga oraz anty Trendelenburga
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 6.5 pkt 5.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół wyposażony w materac o grubości 5 cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ w tym punkcie?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 6.5 pkt 7.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół o szerokości całkowitej 500 mm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 6.5 pkt 8.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół z regulacją w zakresie od 740 mm do 1040 mm wykonywaną przy pomocy sterowników nożnych?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 6.5 pkt 9.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół z regulacją kąta nachylenia podglówka w zakresie -90° $+10^{\circ}$ wykonywaną manualnie?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 6.5 pkt 10.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół sterowany przyciskami nożnymi spełniającymi wymagania SIWZ w tym punkcie?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 6.5 pkt 12.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół z manualną regulacją segmentu nóg?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 6.5 pkt 15.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół z maksymalnym obciążeniem roboczym 160 kg?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 6.5 pkt 16.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół bez podnóżka?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści kozetki drewniane o stałej wysokości leżącej spełniające wymagania Zamawiającego, ale o następujących parametrach: regulacja podglówka w zakresie: od 0° do 25° , wymiary (długość 18/94 mm, szerokość 640 mm, wysokość 700 mm, maksymalne obciążenie 150 kg, wyposażona w uchwyt na prześcieradło jednorazowe?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wykonany ze stali nierdzewnej niemożowanej?

15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach: długość 765 mm i szerokości 470 mm?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w miskę wykonaną ze stali nierdzewnej?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach: długość 1115 mm i szerokości 470 mm wysokość 880mm?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej niemalowanej?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leże stołu z materacem o grubości 50 mm wykonanego z spienionej pianki poliuretanowej w kolorze czarnym?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leże stołu o długości całkowitej 2100 mm
22. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści konstrukcje stołu ze stali nierdzewnej z podstawą i kolumną pokrytą osłoną tworzywową odporną na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne promieniowanie UV?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w materac odejmowalny, poliuretanowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych w kolorze czarnym o wysokości 50 mm?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści stół o długości 2000 mm?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści stół o z regulacją kąta nachylenia podglówka w zakresie -45^0 do $+30^0$ wspomaganego sprężyną gazową?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści stół o z lepszą regulacją segmentu siedziska $+30^0/30^0$ uzyskiwaną w trakcie realizacji funkcji Trendelenburga i anty za pomocą sprężyny gazowej?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści stół bez zamontowanej pod leżem roli na prześcieradło jednorazowe?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający oczekuje aby stół posiadał funkcję przechyłów bocznych?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań i zabiegów z leżem pokrytym materacami dostępnymi tylko w kolorze czarnym?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań i zabiegów bez rolki na prześcieradło jednorazowe?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 14 dni od daty zgłoszenia na przedmiot zamówienia oferowany w **Pakiecie Nr 2**.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** również kozetki drewnianej o regulowanej wysokości leża posiadającej w podglówku otwór na twarz, pod warunkiem, że otwór ten można zasłonić (będącym w ofercie) elementem wykonanym z materiału identycznego jak leże i spełniają pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stołu zabiegowo-operacyjnego, w którym materace są odejmowane od segmentu blatu, bezszwowe, antystatyczne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, dostępne tylko w kolorze czarnym powszechnie stosowanych na salach operacyjnych, pod warunkiem że materace wykonane są ze spienionego poliuretanu i spełniania pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stołu zabiegowo-operacyjnego bez odrębnej regulacji kąta nachylenia siedziska, pod warunkiem, że oferowany stół posiada możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga oraz anty Trendelenburga i przy ustawianiu tych pozycji istnieje możliwość regulacji segment siedziska oraz spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** stołu wyposażonego w materac o grubości 5 cm.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** stołu o szerokości całkowitej 500 mm.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stołu z regulacją wysokości w zakresie od 740 mm do 1040 mm wykonywaną przy pomocy sterowników nożnych, pod warunkiem że mechanizm tej regulacji jest hydrauliczny lub elektryczny i stół spełnia pozostałe wymagania SIWZ

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** stołu stół z regulacją kąta nachylenia podglówka w zakresie $-90^0 +10^0$, nie wyraża również zgody na regulację podglówka wykonywaną manualnie bez wspomagania sprężyną gazową.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stołu z regulacją unoszenia oparcia pleców wykonywaną przy pomocy sterowników nożnych, pod warunkiem że mechanizm tej regulacji jest za pomocą sprężyny gazowej lub elektryczny i stół spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stołu z manualną regulacją segmentu nóg pod warunkiem że jest wspomagana sprężyną gazową i stół spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** stołu z maksymalnym obciążeniem roboczym wynoszącym 160 kg.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stołu bez podnóżka pod warunkiem określonym w pkt 8 Załącznika Nr 6.5 do SIWZ i spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** kozetek o opisanych parametrach ponieważ nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie: szerokości, wysokości, maksymalnego możliwego obciążenia a oraz zakresu regulacji podglówka.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** również wózka wykonanego ze stali nierdzewnej niemalowanej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** również wózka o wymiarach: długość 765 mm i szerokości 470 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** również wózka wyposażonego w miskę wykonaną ze stali nierdzewnej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** również wózka wykonanego ze stali nierdzewnej niemalowanej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** również wózka o wymiarach: długość 1115 mm i szerokości 470 mm wysokość 880mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stołu o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej niemalowanej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stołu z materacem o grubości 50 mm wykonanego z spienionej pianki poliuretanowej w kolorze czarnym, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stołu z leżem o długości całkowitej 2100 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stołu z konstrukcją ze stali nierdzewnej z podstawą i kolumną pokrytą osłoną tworzywową odporną na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne promieniowanie UV, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stół wyposażony w materac odejmowalny, poliuretanowy o właściwościach przeciwdrożdżynowych w kolorze czarnym o wysokości 50 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stół o długości 2000 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stół z regulacją kąta nachylenia podglówka w zakresie -45° do $+30^{\circ}$ wspomaganego sprężyną gazową, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stół z regulacją segmentu siedziska $+30^{\circ}/30^{\circ}$ uzyskiwaną w trakcie realizacji funkcji Trendelenburga i anty za pomocą sprężyny gazowej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 27 i 30 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** stołu bez zamontowanej pod leżem roli na prześcieradło jednorazowe.

Ad. 28 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** stołu posiadającego funkcję przechyłów bocznych.

Ad. 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również stołu z leżem pokrytym materacami dostępnymi tylko w kolorze czarnym, po warunkiem że są one wykonane z spienionego poliuretanu, a stół spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a