



.....

Znak: AE/ZP-27-107/12

Tarnów, 2012-03-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy zestawów do autotransfuzji krwi.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści zamknięty układ ssący z niskim podciśnieniem (mniej niż 100 mmHg) do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, jałowy, pozbawiony pirogenów składający się z :

- jednego systemu miechów pełniącego funkcję pompki podciśnieniowej,
- końcówka wciskowa dla drenów zwiększająca się schodkowo,
- butelka redona z przeciwwrotną zastawką o pojemności 350 ml,
- możliwość podawania w iniekcji antykoagulantów,
- filtr do krwi 40 mikronów z cewnikiem o długości 150 cm do przetaczania,
- dwa worki z filtrem 200 mikronów o pojemności 600 ml,
- dwa dreny typu Redon z trokarami?

2. Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pooperacyjnego drenażu i autotransfuzji krwi o składzie : silikonowy mieszek o pojemności 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona, worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu; dren łączący o długości 150 cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji; dwa oddzielnie pakowane dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 16Ch?

3. Czy Zamawiający dopuści zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej składający się z 2-ch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y, mieszka z uchwytem na kciuk o poj. 125 ml, worka na krew z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 200u, worek na drenaż przedłużony 700 ml, z zastawką antyzwrotną, specjalny aparat do przetoczeń z filtrem makrocząsteczkowym min. 40u, worek zapasowy na krew.?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza również zamknięty układ ssący z niskim podciśnieniem (mniej niż 100 mmHg) do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, jałowy, pozbawiony pirogenów składający się z :

- jednego systemu miechów pełniącego funkcję pompki podciśnieniowej,
- końcówki wciskowej dla drenów zwiększającej się schodkowo,
- butelki redona z przeciwwrotną zastawką o pojemności 350 ml,
- z możliwością podawania w iniekcji antykoagulantów,



- filtra do krwi 40 mikronów z cewnikiem o długości 150 cm do przetaczania,
- dwóch worków z filtrem 200 mikronów o pojemności 600 ml,
- dwóch drenów typu Redon z trokami.

Ad.2

Zamawiający dopuszcza również zamknięty system do pooperacyjnego drenażu i autotransfuzji krwi składający się z:

- silikonowego mieszka o pojemności 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowanego z drenem,
 - portu samouszczelniającego oraz zintegrowanego schodkowego łącznika Y do połączenia z drenami Redona,
 - worka na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu;
 - drenu łączącego o długości 150 cm umożliwiającego przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji;
 - dwóch oddzielnie pakowanych drenów typu Redon z trokami w rozmiarze 16Ch
- pod warunkiem spełniania wymagania dotyczącego poziomu podciśnienia tj. mniej niż 100 mm Hg.

Ad.3

Zamawiający dopuszcza również zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej składający się z:

- dwóch drenów spiralnych z trokami,
 - łącznika Y,
 - mieszka z uchwytem na kciuk o poj. 125 ml,
 - worka na krew z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 200u,
 - worka na drenaż przedłużonego 700 ml, z zastawką antyzwrotną,
 - specjalnego aparatu do przetoczeń z filtrem makrocząsteczkowym min. 40u,
 - worka zapasowego na krew
- pod warunkiem spełniania wymagania dotyczącego poziomu podciśnienia tj. mniej niż 100 mm Hg.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a