



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-12/12

Tarnów, 2012-02-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy na dostawy: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszań i cementu kostnego, kotwic, implantów do rekonstrukcji obrąbka barkowego, kaniuli do artroskopii barku, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łokcia i więzadeł krzyżowych, biowchłaniających śrub piersiowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści kotwice tytanowe o średnicy 2,7 mm, do mocowania na aplikatorze wielorazowym będącym częścią dostarczanego instrumentarium?
2. **Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści kaniule długości 75mm o średnicy 8 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w **Pakiecie nr 17 poz. 1** dopuszcza również kotwice tytanowe o średnicy 2,7 mm, do mocowania na aplikaturze wielorazowym będącym częścią dostarczanego instrumentarium, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów zawartych w SIWZ.

Ad.2

Zamawiający w **Pakiecie nr 17 poz. 2** dopuszcza również kaniule długości 75mm o średnicy 8mm, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów zawartych w SIWZ

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a