



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-12/12

Tarnów, 2012-03-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy na dostawy: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic, implantów do rekonstrukcji obrąbka barkowego, kaniuli do artroskopii barku, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łokotki i więzadeł krzyżowych, biowchłaniających śrub piszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu nr 6** – Czy Zamawiający dopuści element krętarzowi wykonany ze stopu tytanowego o porowatej powierzchni, niepokryty hydroxyapatytem, występujący w 7 rozmiarach ?
2. **Dotyczy Pakietu nr 8** - Czy Zamawiający dopuści anatomiczną, modułową bezcementową panewkę rewizyjną, umożliwiającą dokręcenie do 3 ramion o różnych rozmiarach i ich dopasowanie do kości miednicy? Panewka o powierzchni pokrytej w procesie „plasma spray”, wyposażona w liczne otwory umożliwiające dodatkową stabilizację śrubami?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w **Pakiecie Nr 6** nie dopuści elementu krętarzowego wykonanego ze stopu tytanowego o porowatej powierzchni, niepokrytego hydroxyapatytem, występującego w 7 rozmiarach

Ad.2

Zamawiający w **Pakiecie Nr 8** nie dopuści anatomicznej, modułowej bezcementowej panewki rewizyjnej, umożliwiającej dokręcenie do 3 ramion o różnych rozmiarach i ich dopasowanie do kości miednicy, o powierzchni pokrytej w procesie „plasma spray”, wyposażonej w liczne otwory umożliwiające dodatkową stabilizację śrubami.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

