



.....

Znak: AE/ZP-27-12/12

Tarnów, 2012-03-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic – implantów do rekonstrukcji obrąbka barkowego, kaniuli do artroskopii barku, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łękotki i więzadeł krzyżowych, biowchłaniających śrub piszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców, o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 4. Czy Zamawiający dopuści głowy o średnicy 32 mm i 36 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 tylko głów o średnicy 32 mm i 36 mm, wymaga endoprotez z głową o średnicy 28 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

