

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia**Uwaga!** Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żądanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia endoprotez stawu kolanowego	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu kolanowego
Pakiet Nr 10 - Endoprotezy cementowe stawu kolanowego			
1.	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy)	Tak/Nie	
2.	Element piszczelowy modułowy, wykonany ze stopu tytanowego lub kobaltowo-chromowego, cementowany	Opisać	
3.	Wkładka modułowa	Tak/Nie	
4.	Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości "cross link polietylen"	Opisać	
5.	Wkładka o różnych grubościach: 8 mm, 10 mm, 12-12,5 mm, 15 mm	Wymienić wszystkie oferowane	
6.	Wkładka mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie	Opisać	
7.	Rzepka w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych	Opisać	
8.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium, w tym piły oscylacyjnej i wiertarki (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy	opisać	
9.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	
Podać informację		Minimalny zakres informacji	
1.	Element udowy z systemem zapobiegającym zwichaniu rzepki (głęboka trakcja rzepki w elemencie udowym)	Tak/Nie	
2.	Element udowy wieloosiowy	Tak/Nie	
3.	Element udowy jednoosiowy	Tak/Nie	
4.	Rozmiary elementu udowego	Wymienić wszystkie oferowane	
5.	Rozmiary elementu piszczelowego	Wymienić wszystkie oferowane	
6.	W przypadku endoprotezy rewizyjnej ofset udowy i piszczelowy	Tak/Nie	
7.	Dostarczenie Zamawiającemu systemu nawigacji do wybranych zabiegów	Tak/Nie	
8.	Jedno instrumentarium zabezpieczające operacje z zachowaniem i usunięciem więzadeł krzyżowych	Tak/Nie	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty