AE/ZP-27-12/12 **Załącznik Nr 6.11**

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Uwaga! Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żądanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	**Wymagane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu kolanowego jednoprzedziałowych**	**Minimalny zakres informacji**	**Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu kolanowego jednoprzedziałowych**
	Pakiet Nr 11 - Endoprotezy stawu kolanowego jednoprzedziałowe		
1.	Część udowa:		
	wykonana ze stopu CoCr	opisać	
	w min. 3 rozmiarach	wymienić dostępne rozmiary	
	z płetwą antyrotacyjną	opisać	
	z anatomiczym tylnym kłykciem	opisać	
2.	Część piszczelowa:		
	wykonana z tytanu lub stopu CoCr	opisać	
	anatomiczna typu "mobile bearing"	opisać	
	w min. 6 rozmiarach	wymienić dostępne rozmiary	
3.	Wkładka		
	polietylenowa, modularna	opisać	
	w min. 5 grubościach	wymienić grubości	
4.	Implanty i instrumentarium winny umożliwić zakładanie protezy w przedziale przyśrodkowym i bocznym	opisać	
5.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na czas zabiegu, spełniającego następujące wymagania:	opisać	
	do wyboru technika operacyjna: in-lay lub on-lay	opisać	
	cięcie kości piszcelowej i udowej z jednego bloczka	opisać	
	zestaw narzędzi wposażony w elektryczny shaver do obróbki części udowej	opisać	
	zestaw narzędzi umożliwiajacy technikę małoinwazyjną	opisać	
6.	Na żądanie Zamawiajacego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	

.....

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty