

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Uwaga! Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żadanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez całkowitych stawu ramiennego	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez całkowitych stawu ramiennego
Pakiet Nr 13 - Endoprotezy całkowite stawu ramiennego			
1.	Trzpień:		
	bezcementowy	opisać	
	wykonany z tytanu	opisać	
	w min. 10 rozmiarach	wymienić dostępne rozmiary	
2.	Głowa:		
	standardowa	opisać	
	w min. 5 rozmiarach od 40 mm do 56 mm ze skokiem co 4 mm i w min. 3 wysokościach: 15 mm, 18 mm, 21 mm	wymienić dostępne rozmiary	
3.	Część panewkowa		
	wykonana z polietylenu	opisać	
	mocowana za pomocą cementu	Opisać	
	w 3 wersjach: panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym	Opisać	
4.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na czas zabiegu	opisać	
5.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	
	Podać informację	Minimalny zakres informacji	Określić
1.	W ofercie głowy niesymetryczne	Opisać	
2.	Rozmiary głów niesymetrycznych	Wymienić	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty