

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia**Uwaga!** Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żadanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu biodrowego typu "Resurfacing"	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu biodrowego typu "Resurfacing"
Pakiet Nr 3 - Endoprotezy stawu biodrowego typu "Resurfacing"			
1.	Część udowa:		
	komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego: bez zastosowania wkładki polietylenowej (artykulacja metal-metal)	opisać	
	w rozmiarach od 39 - 63 mm lub 38 - 58 średnicy zewnętrznej	wymienić dostępne rozmiary	
2.	Część panewkowa:		
	wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, z porowatą powierzchnią zewnętrzną pokrytą hydroksyapatytem	opisać	
3.	System z opcją rewizyjną elementu udowego tzw. głową XL.	opisać	
4.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na czas zabiegu	opisać	
5.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	
	Podać informację	Minimalny zakres informacji	Określić
1.	Podać średnice zewnętrzne systemu rewizyjnego elementu udowego tzw. głowy XL	wymienić dostępne rozmiary	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty