

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia**Uwaga!** Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żadanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu biodrowego bezcementowych krótkotrzeniowych	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu biodrowego bezcementowych krótkotrzeniowych
Pakiet Nr 4 - Bezcementowe, krótkotrzeniowe endoprotezy stawu biodrowego			
1.	Trzpień:		
	krótki, wykonany z tytanu lub stopu tytanu pokryty czystym tytanem	opisać	
	pokryty bonitem lub hydroxyapatytem	opisać	
	w minimum 8 rozmiarach	wymienić dostępne długości	
2.	Głowa:		
	metalowa	opisać	
	średnica 28 mm w co najmniej 4 długościach szyjki	wymienić długości	
3.	Panewka:		
	wykonana ze stopu tytanu, tytanu lub napylana czystym tytanem	opisać	
	bezcementowa, sferyczna lub hemisferyczna	opisać	
	typu press-fit, o średnicy zewnętrznej co najmniej od 48 mm do 66 mm, ze skokiem co 2 mm	opisać	
	oraz typu wkręcanego w kształcie hemisfery, minimum w rozmiarach 44 mm do 66 mm, ze skokiem co 2 mm	wymienić	
	z możliwością użycia śrub	opisać	
4.	Wkładka		
	wykonana z polietylenu wysokiej gęstości	opisać	
5.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania), pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy	opisać	
6.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	
	Podać informację	Minimalny zakres informacji	Określić
1.	Rozmiary trzpień	Wymienić	
2.	Rozmiary głów	Wymienić	
3.	Rozmiary panewki	Wymienić	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty