

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia**Uwaga!** Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żądanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia - panewek rewizyjnych stawu biodrowego bezcementowych	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - panewek rewizyjnych stawu biodrowego bezcementowych
Pakiet Nr 8 - Panewki rewizyjne stawu biodrowego bezcementowe			
1.	Panewka:		
	bezcementowa, rewizyjna, anatomiczna, modułarna	opisać	
	składająca się z:		
	tytanowego pierścienia z trzema ramionami przystosowanymi do śródoperacyjnego modelowania w celu idealnego dopasowania do kości miednicy , w co najmniej 4 rozmiarach	opisać, podać rozmiary	
	Panewki nasyłanej hydroksyapatytem, przykręcanie do pierścienia, wyposażonej w otwory do dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub	opisać	
	Wkładki wykonane z polietylenu cross link, dostępnej w wersji standard i 15-stopniowej reorientacji	opisać	
	Śrub mocujących	opisać	
2.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na czas zabiegu	opisać	
3.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty