

Punktacja w kryterium parametry techniczne

Kryteria oceny jakości	Punktacja
Pakiet Nr 1- Endoprotezy cementowe stawu biodrowego	
Rodzaje panewek	Panewka jednoprofilowa - 0 pkt, panewka dwuprofilowa - 5 pkt
Offset trzpienia	do 5 offsetów - 0 pkt, ≥5 offsetów - 5 pkt
Pakiet Nr 2 - Bezcementowe endoprotezy stawu biodrowego	
Trzpień pokryty hydroksyapatytem na całej długości	Nie - 0 pkt, Tak - 2 pkt
Trzpień anatomiczny z możliwością użycia trzpienia anatomicznego modularnego	Nie - 0 pkt, Tak - 3 pkt
Rozmiary trzpienia (przy trzpieniu anatomicznym rozmiary do prawego i lewego trzpienia będą liczone jako jeden rozmiar)	Minimum w 8 rozmiarach - 0 pkt, powyżej 8 - 1 pkt
Ilość rozmiarów głowy (długość)	Minimum w 3 rozmiarach - 0 pkt, powyżej 3 - 1 pkt
Dostarczenie Zamawiającemu instrumentarium do minimalnie inwazyjnych zabiegów (posiadające ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na okres trwania umowy	Nie - 0 pkt, Tak - 3 pkt
Pakiet Nr 10 - Endoprotezy cementowe stawu kolanowego	
Element udowy z systemem zapobiegania zwichaniu rzepki (głęboka trakcja rzepki w elemencie udowym)	Nie - 0 pkt, Tak - 2 pkt
Ilość rozmiarów elementu piszczelowego	Minimum w 5 rozmiarach - 0 pkt, od 6 - 8 rozmiarów - 1 punkt, powyżej 8 rozmiarów - 2 pkt
Budowa kolana	Element udowy jednoosiowy - 2 pkt
Offset przy rewizji kolana	Brak offsetu - 0 pkt, offset - 2 pkt
Dostarczenie systemu nawigacji do wybranych zabiegów	Nie - 0 pkt, Tak - 2 pkt