



.....

Znak: AE/ZP-27-21/12

Tarnów, 2012-03-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę wkładów i złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

Czy Zamawiający ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta urządzenia lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takie, które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem Medrad Vistron CT (nr seryjny 51627) i – jako takie nie spowodują usterek w jego działaniu, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia udzielonych na w/w aparat gwarancji lub/i rękojmi (udzielanych standardowo po wykonanych interwencjach serwisowo-naprawczych)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający ma na myśli materiały eksploatacyjne, tj. wkłady do strzykawki i łączniki spełniające wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej. Winny to być materiały w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu Medard Cistron CT, nie powodujące jego uszkodzenia ani usterek w jego działaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

