



.....

Znak: AE/ZP-27-26/12

Tarnów, 2012-03-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy: zestawów do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych z cewnikiem z otworem dystalnym, stentów wieńcowych na cewniku balonowym pokrytych polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny, urządzeń do ucisku tętnicy promieniowej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o dostępnym systemie 6F; pozostałe parametry bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu uwalniającego lek bez udziału polimeru: lek uwalniany jest ze specjalnych kanalików przeszłąch stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia; o dostępnych średnicach: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm, o dostępnych długościach 12; 16; 20; 25; 31 mm (dla średnicy 3,0 dostępnych 5 wymiarów); pozostałe parametry bez zmian?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych z cewnikiem z otworem dystalnym tylko dla systemu 6F (kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i większym)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 zestawów do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych z cewnikiem z otworem dystalnym tylko 6F, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ zaoferowany system musi być w rozmiarze 6F i 7F.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 opisanych w pytaniu stentów ponieważ nie spełniają wymagań SIWZ zarówno w dostępnych średnicach jak i dostępnych wymiarach dla średnicy 3,0 mm.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 zestawów do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych z cewnikiem z otworem dystalnym tylko dla systemu 6F.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

