

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie uzna opisu "TAK" "NIE"

Wymagane parametry	Podać parametry oferowane
Pakiet Nr 1 - Zestaw do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych z cewnikiem z otworem dystalnym	
1. zestaw do użycia w trybie pilnym (typu monorail rapid exchange RX)	
2. współpraca w przewodniku angioplastycznym o średnicy 0,014 cala	
3. system 6F i 7F; cewnik z otworem dystalnym; nadający się do krętych naczyń	
4. podać średnicę dystalnego otworu aspiracyjnego (mm) dla 6F i 7F	
Pakiet Nr 2 - Stent wieńcowy na cewniku balonowym pokryty polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny	
1. materiał - kobalt-chrom lub platyna-chrom; podać nazwę użytego leku i polimeru; monorail rapid exchange (RX)	
2. wymagane średnice (mm) co najmniej: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0	
3. wymagane długości (mm): mieszczące się w przedziale od 7 do 40 mm (dla średnicy 3,0 wymagane co najmniej 7 wymiarów)	
4. system odpowiedni dla przewodnika o średnicy 0,014 cala	
5. ciśnienie nominalne równe lub poniżej 13 bar dla średnicy 3,0 mm (podać wartość)	
6. dla średnicy 3,0 mm: ciśnienie RBP równe lub powyżej 16 bar (podać wartość) z przyrostem średnicy równym lub większym niż 0,25 mm (podać wartość)	
7. podać wartość profilu przejścia dla średnicy 3,0 mm w calach	
8. podać grubość strut dla średnicy 3,0 mm (w mikrometrach)	
9. podać nazwę przynajmniej jednego randomizowanego badania klinicznego z przynajmniej 6-miesięcznym okresem obserwacji oraz podać wartości pierwszorzędownego punktu końcowego (TVR lub TLR w % oraz in stent late lumen loss w mm)	
Pakiet Nr 3 - Urządzenie do ucisku tętnicy promieniowej	
1. urządzenie umożliwiające utrzymanie hemostazy po usunięciu introduktora z tętnicy promieniowej	
2. możliwe do zastosowania na prawej i lewej kończynie górnej	
3. opisać oferowane rozwiązanie	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty