



.....  
.....

**Znak: AE/ZP-27-27/12**

Tarnów, 2012-04-24

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy płynów infuzyjnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakiet Nr 1 poz.1,2,3,5,6,11 i 13** – Czy Zamawiający dopuści preparaty równoważne w opakowaniach typu worek (Viaflo) z dwoma niezależnymi portami oddzielnym do infuzji i iniekcji, zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku, opakowanie samoopróżniające się, nie zawierające PCV?
2. **Dotyczy Pakiet Nr 1 poz.1,2,3,5,6,11,13,14 i 15** – W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie Nr 1, czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2,3,5,6,11,13,14 i 15 do osobnego pakietu?
3. **Dotyczy Pakiet Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści preparaty równoważne w opakowaniach typu worek (Viaflo) z dwoma niezależnymi portami oddzielnym do infuzji i iniekcji, zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku, opakowanie samoopróżniające się, nie zawierające PCV?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 1 poz.1,2,3,5,6,11 i 13 preparatów w opakowaniach typu worek (Viaflo) z dwoma niezależnymi portami oddzielnym do infuzji i iniekcji, zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku, opakowanie samoopróżniające się, nie zawierające PCV.

**Ad.2.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz.1,2,3,5,6,11,13,14 i 15.

**Ad.3.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 preparatów w opakowaniach typu worek (Viaflo) z dwoma niezależnymi portami oddzielnym do infuzji i iniekcji, zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku, opakowanie samoopróżniające się, nie zawierające PCV.

Uzasadnienie

Opakowanie typu worek zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego posiada opakowanie zewnętrzne służące jako ochrona fizyczna opakowania bezpośredniego, co wskazuje na konieczność dezynfekcji portów infuzyjnych przed ich pierwszym użyciem, co z kolei skutkuje zwiększeniem kosztów w szpitalu związanych z koniecznością dezynfekcji oraz pogorszeniem ergonomii pracy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a