



.....

Znak: AE/ZP-27-28/12

Tarnów, 2012-05-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów do żywienia pozajelitowego, substancji recepturowych, gazu medycznego oraz kontrastów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 11** – Czy Zamawiający dopuści preparat Sevofluranum 250ml płyn wziewny o zawartości wody poniżej 0,03%?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 11** – Prosimy o wskazanie, ile sztuk parowników wymaga Zamawiający do zrealizowania zamówienia na dostawę 45 sztuk Sevofluranu?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 11** – Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia przez Wykonawcę parowników kompatybilnych z oferowanym preparatem wraz z nieodpłatnym serwisem/kalibracją tychże urządzeń w okresie trwania umowy przetargowej dokonywanej na koszt Wykonawcy?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 10** – Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia przez Wykonawcę parowników kompatybilnych z oferowanym preparatem wraz z nieodpłatnym serwisem/kalibracją tychże urządzeń w okresie trwania umowy przetargowej dokonywanej na koszt Wykonawcy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 Sevofluranum 250ml płyn wziewny o zawartości wody poniżej 0,03% z uwzględnieniem odpowiedzi Ad.2-3.

Ad.2-3

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz.1 wymaga zaoferowania - Sevofluranum 250 ml (opakowanie = 1 flakon) z zawartością wody od 0,03-0,1% oraz z systemem napełniania. Każda butelka ma mieć na stałe zamontowany adapter do połączenia z parownikiem będącym na wyposażeniu Oddziałów Szpitala, natomiast w przypadku zaoferowania Sevofluranum dopuszczonego odpowiedzią Zamawiającego Ad.7 z dnia 06.04.2012r. i Ad.11 z dnia 20.04.2012r. oraz powyższą odpowiedzią Ad.1 Zamawiający wraz z dostarczeniem zaoferowanego leku wymaga dostarczenia 5 parowników kompatybilnych z tym lekiem pozostających w dyspozycji Zamawiającego przez okres trwania umowy z nieodpłatnym serwisem/kalibracją tych urządzeń w razie potrzeby (minimum 1 serwis/kalibracja) w okresie trwania umowy.

Ad.4

Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz.1 wymaga zaoferowania - Desfluranum płyn do inhalacji 240ml wraz z dostarczeniem 1 parownika kompatybilnego z zaoferowanym lekiem pozostającym w dyspozycji Zamawiającego przez okres trwania umowy z nieodpłatnym serwisem/kalibracją tego urządzenia w razie potrzeby (minimum 1 serwis/kalibracja) w okresie trwania umowy.

W związku z odpowiedzią udzieloną w pkt.Ad.2-3 i Ad.4, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 16.05.2012r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 16.05.2012r godz. 11:00**

i w związku z tym dokonuje odpowiednio zmian treści SIWZ w punkcie III.11, V, X.1, XI.1.

W związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a