

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
Kardiomonitora – 1 szt.**

Lp	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE, podać zakres,opisać)
1.	Nazwa aparatu	TAK	
2.	Rok produkcji: 2012	TAK	
3.	Pojedynczy monitor kolorowy LCD TFT min. 19,0"o rozdzielczości min. 1024X768 pikseli	TAK	
4.	Waga nie większa niż 6,5 kg	TAK	
5.	Wbudowany akumulator zabezpieczający pracę na min. 1 h	TAK	
6.	Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz	TAK	
7.	Możliwość jednoczesnej obserwacji min. 12 odprowadzeń EKG.	TAK	
8.	Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 72h z rozdzielczością nie gorszą niż 20s.	TAK	
9.	Obsługa przez ekran dotykowy. Menu dostępne dla użytkownika w języku polskim.	TAK	
10.	Alarmy z podaniem przyczyny alarmu. Alarm sygnalizowany wizualnie (migające pole, migająca kontrolka lub podobnie), oraz równocześnie sygnalizowany dźwiękowo z możliwością regulacji poziomu głośności. Oba sposoby sygnalizacji muszą działać aż do momentu świadomej reakcji personelu. Regulacja przez użytkownika zakresów alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów.	TAK	
11.	Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min.72 h.	TAK	
12.	Pamięć minimum 100 zdarzeń alarmowych.	TAK	
13.	Możliwość przeniesienia wszystkich zapamiętanych wartości liczbowych i fal dynamicznych do pamięci komputera i możliwość drukowania wybranych fragmentów zapisów EKG.	TAK	
14.	Jednoznaczna identyfikacja (przypisanie do pacjenta) wszystkich zapamiętanych wartości liczbowych i wszystkich zapamiętanych fal dynamicznych.	TAK	
15.	Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym.	TAK	
16.	Podstawa jezdna, stabilny statyw na kółkach z półką lub koszyczkiem na akcesoria z hamulcem na minimum 2 kołach.	TAK	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

17.	EKG	TAK	
18.	- monitorowanie z kabla 10 żyłowego.	TAK	
19.	- zakres częstości akcji serca min. 15-300 bpm	TAK	
20.	- minimum 4 prędkości fali EKG na ekranie ustawiane przez operatora	TAK	
21.	- detekcja stymulatora serca	TAK	
22.	- wyposażenie: kabel EKG 10 żyłowy.	TAK	
23.	- wyposażenie w osprzęt umożliwiający wyświetlanie w jednym z kanałów EKG przebiegu EKG uzyskanego z elektrody endokawitarnej.	TAK	
Pozostałe wymagania			
24.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia.	TAK	
25.	Dostawa aparatu w terminie do 14 dni od daty obowiązywania umowy.	TAK	
26.	Szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w dniu protokolarnego odbioru urządzenia lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Dostawcą.	TAK	
27.	Do oferty należy dołączyć (w języku polskim) materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
28.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń.	TAK	
29.	W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiana towaru na wolny od wad maksymalnie 28 dni kalendarzowych. W okresie gwarancji w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych wstawienie aparatu zastępczego	TAK	
30.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty