

Parametry przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 3 pozycja 1
Stymulatory resynchronizujące

L.p.	Parametry wymagane	Podać parametry oferowane	Wymagane
1.	gniazda do elektrod IS-1		wymagane
2.	rok produkcji 2012 lub późniejszy		wymagane
3.	żywołność minimum 5 lat		wymagane
4.	trzy niezależne kanały		wymagane
5.	obecne funkcje antyarytmiczne		wymagane
6.	elektrody sterydowe: do zatoki wieńcowej, przedsionkowe i komorowe		wymagane
7.	znacznik końca (stopy) elektrody na skopii RTG		wymagane
8.	na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym aktualizacja oprogramowania conajmniej raz na 3 miesiące) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)		wymagane
9.	zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych kilku zabiegów)		wymagane
10.	Funkcja podtrzymania stymulacji resynchronizującej w przypadku wystąpienia napadu migotania przedsionków		wymagane
	Parametry oceniane	Podać parametry oferowane	Ocena punktowa
1.	Automatyczna optymalizacja przewodzenia przedsionkowo-komorowego i międzykomorowego		Nie - 0 pkt, Tak – 5 pkt
2.	Elektroda przedsionkowa minimalizująca zjawisko "Far Field" o odstępzie pomiędzy końcówką a pierścieniem poniżej 2 mm		Nie - 0 pkt, Tak – 5 pkt

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty