

Parametry przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 4 pozycja 2
Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe ICD DR

L.p.	Parametry wymagane	Podać parametry oferowane	Wymagane
1.	rok produkcji 2012 lub późniejszy		wymagane
2.	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 100 g		wymagane
3.	Ważność sterylizacji min 12 mies.		wymagane
4.	Energia dostarczana minimum ≥ 35 J		wymagane
5.	Ilość szoków w jednej interwencji ≥ 6		wymagane
6.	Elektrody sterydowe		wymagane
7.	Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe do wyboru z konektorem DF1 i DF4		wymagane
8.	Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym - min.4 parametrów		wymagane
9.	EGM ≥ 17 mim		wymagane
10.	Bezprzewodowa komunikacja z programatorem		wymagane
11.	Gniazda: DF1, DF4		wymagane
12.	znacznik końca (stopy) elektrody na skopii RTG		wymagane
13.	na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym aktualizacja oprogramowania co najmniej raz na 3 miesiące) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)		wymagane
L.p.	Parametry oceniane	Podać parametry oferowane	Ocena punktowa
1.	Sygnalizacja pacjenta o ERI i impedancji elektrody (wibracyjna lub dźwiękowa)		Nie - 0 pkt, Tak - 10 pkt
2.	Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji		Nie - 0 pkt, Tak - 10 pkt
3.	Możliwość indukcji VF za pomocą prądu stałego		Nie - 0 pkt, Tak - 10 pkt
4.	elektroda przedsionkowa minimalizująca zjawiska "Far Field" o odstępnie pomiędzy końcówką a pierścieniem poniżej 2 mm		Nie - 0 pkt, Tak - 10 pkt

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty