



.....

Znak: AE/ZP-27-43/12

Tarnów, 2012-06-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawę i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 20** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika balonowego pół podatnego (semi-comilant) – typ pokrycia „Patchwork Coating”, o doskonałej widoczności w skopii – znaczniki platynowo-irydowe, o dostępnych długościach: 6, 10, 15, 20, 25, 30 mm i dostępnych średnicach: 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika balonowego pół podatnego (semi-comilant) – typ pokrycia „Patchwork Coating”, o doskonałej widoczności w skopii – znaczniki platynowo-irydowe, o dostępnych długościach: 6, 10, 15, 20, 25, 30 mm i dostępnych średnicach: 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm??
3. **Dotyczy Pakietu Nr 24.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika balonowego uwalniającego lek Paclitaxel ze środkiem ułatwiającym transfer leku do ściany naczynia w postaci mikrokystalicznej; BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate), przy sposobie nanoszenia leku: mikropipetowanie otwartego balonu, dawka leku: 3µl/mm², o konstrukcji hypotube o złożeniu trójkątnym i o dostępnych długościach: 10; 15; 20; 25; 30 mm. przy dostępnych średnicach: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm?
4. **Dotyczy ogólnych warunków umowy, pkt. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „7 dni roboczych” i „48 godzin roboczych” ?
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy, pkt. 8a.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „każdy dzień roboczy zwłoki” ?
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy, pkt. 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu w pkt. 8: „Łączna kwota kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę nie może przekroczyć 15 % kwoty wynagrodzenia umownego.” ?
7. **Dotyczy ogólnych warunków umowy, pkt. 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu pkt.9 Ogólnych Warunków Umowy następującej treści: „po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego, zgodnego z umową, terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, nie krótszego niż 3 dni robocze” ?
8. **Dotyczy ogólnych warunków umowy, pkt. 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu pkt.13 Ogólnych Warunków Umowy następującej treści: „pod warunkiem, że zmniejszenie łącznej ilości produktów objętych umową nie spowoduje zmniejszenia łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20% kwoty wynagrodzenia umownego.” ?
9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy, pkt. 14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu pkt.14 Ogólnych Warunków Umowy następującej treści: „po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego, zgodnego z umową, terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, nie krótszego niż 3 dni robocze” ?



10. **Dotyczy SIWZ.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy są: wyroby medyczne jednorazowego użytku.
11. **Dotyczy SIWZ.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy są: wyroby medyczne do zabiegów kardiologicznych.
12. **Dotyczy SIWZ.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy jest: sprzęt medyczny jednorazowego użytku
13. **Dotyczy SIWZ.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy są nici i szwy chirurgiczne
14. **Dotyczy SIWZ.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy materiały medyczne

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 opisanych cewników ponieważ nie występują w rozmiarze średnicy 2,75 mm.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 opisanych cewników ponieważ nie występują w rozmiarze średnicy 2,75 mm.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 24 opisanych cewników ponieważ nie występują w rozmiarze średnicy 2,75 mm.

Ad. 4 – 9 Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zaproponowanych przez Wykonawcę zmian w ogólnych warunkach umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Ad 10 – 14 Zgodnie z pkt.IV.2.2 SIWZ Zamawiający uzna że warunek załączenia do oferty wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie został spełniony jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej 1 dostawę związaną z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalną do przedmiotu zamówienia, tj. odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Oceny spełniania warunku Zamawiający dokona podczas badania ofert.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a