



.....

Znak: AE/ZP-27-43/12

Tarnów, 2012-06-12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawę stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek balony do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej z uwagi na bardzo wysoki koszt produktu.
2. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.1 SIWZ.** Prosimy o określenie dostaw na „cito” na 2 dni robocze.
3. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Prosimy o modyfikację na: „Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy – nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej lub zmiany stawki podatku VAT ich cena umowna netto nie ulegnie zmianie.”
4. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.8a) SIWZ.** Prosimy o modyfikację na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,2% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność”
5. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.8b) SIWZ.** Prosimy o modyfikację na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości. Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 2 dni roboczych.
6. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.15 SIWZ.** Prosimy o dopisanie do umowy zapisu: „Nieziszczanie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności”.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 20 i 26.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia próbki w Pakiecie Nr 20 oraz w Pakiecie Nr 26 w przypadku gdy oferowane produkty są znane Zamawiającemu.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 33.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu o dostępnych 6 długościach dla średnicy 3,0 mm; pozostałe parametry bez zmian?



9. **Dotyczy Pakietu Nr 17.** Czy Zamawiający dopuści cewnik prowadzący do angioplastyki wieńcowej o średnicach dla 6F równy 0,070", dla 7F równy 0,078", dla 8 F równy 0,088"? Pozostałe parametry jak w SIWZ.
10. **Dotyczy pakietu Nr 20.** Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o średnicach: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,25 mm; 2,5 mm; 2,75 mm; 3,0 mm; 3,25 mm oraz 3,5 mm? Pozostałe parametry jak w SIWZ.
11. **Dotyczy pakietu Nr 23.** Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o średnicach: 2,25 mm; 2,5 mm; 2,75; 3,0 mm; 3,25 mm, 3,5 mm; 3,75 mm; oraz 4,0 mm. Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki balonu do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej w Pakiecie Nr 9 poz. 1. Zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca na wniosek Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane złożone przez nich próbki.

Ad 2 – 6 Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zaproponowanych przez Wykonawcę zmian w ogólnych warunkach umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Ad 7 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu złożenia próbki w Pakiecie Nr 20 oraz w Pakiecie Nr 26 nawet przypadku gdy oferowane produkty są znane Zamawiającemu, co może stwierdzić dopiero przy ocenie złożonej przez Wykonawcę oferty, a ponadto jest to niezgodne z zasadą równego traktowania Wykonawców.

Ad 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 33 również stentów o dostępnych 6 długościach dla średnicy 3,0 mm, pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 również cewników prowadzących do angioplastyki wieńcowej o średnicach dla 6F równy 0,070", dla 7F równy 0,078", dla 8 F równy 0,088", pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 10 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 cewników balonowych o średnicach: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,25 mm; 2,5 mm; 2,75 mm; 3,0 mm; 3,25 mm oraz 3,5 mm (brak w ofercie wymaganej średnicy 4,0 mm).

Ad 11 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 cewników balonowych o średnicach: 2,25 mm; 2,5 mm; 2,75; 3,0 mm; 3,25 mm, 3,5 mm; 3,75 mm; oraz 4,0 mm. (brak w ofercie wymaganej średnicy 4,5 mm).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a