



.....

Znak: AE/ZP-27-43/12

Tarnów, 2012-06-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawę i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 7 i 8. Czy Zamawiający ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta urządzenia lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takie, które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem Medrad V Plus?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający ma na myśli materiały eksploatacyjne, tj. dren wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej (Pakiet Nr 7) i wkłady wysokociśnieniowe do strzykawki automatycznej (Pakiet Nr 8) spełniające wymagania określone w SWIZ i załącznikach do niej. Winny to być materiały oryginalne lub wykazujące w 100% cech produktu oryginalnego (dotyczy to parametrów technicznych i użytkowych) i są kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Mark V Plus.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

