

Ocena w kryterium parametry techniczne

Kryteria oceny parametrów technicznych	Punktacja
Pakiet Nr 16 - Cewnik diagnostyczny	
Średnica wewnętrzna dla 5F powyżej 0,045 cala, dla 6F powyżej 0,056 cala	brak w ofercie - 0 pkt.
	dostępność w ofercie - 50 pkt.
Długość cewnika 6F: JL 4,0; JR 4,0; pigtail powyżej 110 cm	brak w ofercie - 0 pkt.
	dostępność w ofercie - 50 pkt.
Pakiet Nr 17 - Cewnik prowadzący do angioplastyki wieńcowej	
Średnica wewnętrzna dla 6F powyżej 0,07 cala oraz dla 7F powyżej 0,08 cala	brak w ofercie - 0 pkt.
	dostępność w ofercie - 100 pkt.
Pakiet Nr 19 - Prowadnik angioplastyczny do zabiegów skomplikowanych	
Dostępna wersja z pokryciem hydrofilno-hydrofobowym dystalnej końcówki roboczej	brak w ofercie - 0 pkt
	dostępność w ofercie - 50 pkt.
Dostępność wersji z 9 stopniami sztywności końcówki ("tip load")	brak w ofercie - 0 pkt
	dostępność w ofercie - 50 pkt.
Pakiet Nr 20 - Cewnik balonowy angioplastyczny wielozadaniowy	
Ciśnienie nominalne dla 3,0 mm poniżej 7 bar	brak w ofercie - 0 pkt
	dostępność w ofercie - 100 pkt
Pakiet Nr 21 - Cewnik balonowy angioplastyczny do zabiegów skomplikowanych	
Ciśnienie nominalne dla 3,0 mm poniżej 7 bar	brak w ofercie - 0 pkt
	dostępność w ofercie - 50 pkt
Dostępność wersji o długości roboczej równej lub powyżej 145 cm	brak w ofercie - 0 pkt.
	dostępność w ofercie - 50 pkt.
Pakiet Nr 22 - Cewnik balonowy angioplastyczny do udrożeń przewlekłych okluzji	
Ciśnienie nominalne dla 1, 0 mm lub 1, 25 mm poniżej 7 bar	brak w ofercie - 0 pkt
	dostępność w ofercie - 50 pkt
Dostępność wersji o długości roboczej równej lub powyżej 145 cm	brak w ofercie - 0 pkt
	dostępność w ofercie - 50 pkt
Pakiet Nr 23 - Cewnik balonowy angioplastyczny do doprężania stentów	
Dostępność średnicy 5,0 mm	brak w ofercie - 0 pkt
	dostępność w ofercie - 50 pkt.
Ciśnienie RBP równe lub powyżej 18 bar dla średnicy 3,0 mm	zgodność z opisem - 0 pkt
	ciśnienie RBP dla średnicy 3,0 mm większe niż 21 bar - 50 pkt
Pakiet Nr 25 - Stent wieńcowy na cewniku balonowym kobaltowo-chromowy wielozadaniowy	
Grubość strut dla średnicy 3,0 mm równe lub poniżej 65 um	brak w ofercie - 0 pkt
	dostępność w ofercie - 100 pkt.

Kryteria oceny parametrów technicznych	Punktacja
Pakiet Nr 26 - Stent wieńcowy na cewniku balonowym kobaltowo-chromowy do zabiegów skomplikowanych	
Pokrycie stentu powłoką węglową przyspieszającą endotelializację	brak w ofercie - 0 pkt
	dostępność w ofercie - 50 pkt
Obecność dodatkowych markerów na brzegach stentu ułatwiających pozycjonowanie w trakcie implantacji	brak w ofercie - 0 pkt
	dostępność w ofercie - 50 pkt
Pakiet Nr 27 - Stent wieńcowy na cewniku balonowym kobaltowo-chromowy do rozgałęzień	
Dla średnicy 3,0 mm możliwość osiągnięcia średnicy oczka przynajmniej 4,5 mm	brak w ofercie - 0 pkt
	dostępność w ofercie - 50 pkt
Dla wszystkich wymaganych średnic możliwość osiągnięcia średnicy oczka przynajmniej 4,5 mm	brak w ofercie - 0 pkt
	dostępność w ofercie - 50 pkt
Pakiet Nr 30 - Stent wieńcowy na cewniku balonowym uwalniający lek antyproliferacyjny	
Późna utrata światła w stencie - "in stent late lumen loss" (mm), według danych z randomizowanego badania, oceniany w co najmniej 6 miesiącu obserwacji	wartość powyżej 0,20 mm - 0 pkt
	wartość poniżej 0,20 mm - 100 pkt
Pakiet Nr 35 - Urządzenie do ucisku tętnicy promieniowej	
Rozwiązanie typu opaski z punktowym uciskiem o regulowanej sile	brak w ofercie - 0 pkt
	dostępność w ofercie - 100 pkt