



.....

Znak: AE/ZP-27-46/12

Tarnów, 2012-05-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów spełniających wymagania SIWZ o powierzchni 1,7 m²?
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów spełniających wymagania SIWZ o powierzchni 1,9 m²?
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów niskoprzepływowych, suchych, polisulfonowych, sterylizowanych para wodną, o powierzchni 2,2 m²?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie musi wyrażać zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 dializatorów o powierzchni 1,7 m², ponieważ w wymienionej pozycji żądał dializatorów o powierzchni mieszczącej się w przedziale 1,7 – 1,9 m². Oferowane dializatory oprócz powierzchni muszą spełniać również pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 dializatorów o powierzchni 1,9 m² nawet jeżeli spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 1 poz. 2 dializatorów o powierzchni 2,2 m² pod warunkiem, że spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
- Strona internetowa Zamawiającego
- a/a

